

Powerful Stirring



Leading Safety Standards

Superior Ease of Use

Reduced Cost of Ownership

Operating Manual

Page 2

Overhead Stirrers Hei-TORQUE Value and Hei-TORQUE Precision
Operating manual must be read before initial start-up.
Please follow the safety instructions provided.
Please keep for future reference.

Original-Betriebsanleitung

Seite 52

Laborrührer Hei-TORQUE Value und Hei-TORQUE Precision
Betriebsanleitung vor Erstinbetriebnahme unbedingt lesen.
Sicherheitshinweise beachten.
Für künftige Verwendung aufbewahren.

About this Document	4
Version and variants	4
About this manual	4
Symbols and keywords used	5
Safety Instructions	6
General safety instructions.....	6
EU Declaration of Conformity.....	6
Intended use.....	6
Installation/electrical safety	7
Personnel qualification.....	7
Operating company's obligations.....	7
Installation site	7
Modifications to the device.....	8
Personnel safety	8
Safety during use	8
Disposal	8
Device Description	9
Device overview	9
Hei-TORQUE Value overall view.....	9
Hei-TORQUE Value control panel	9
Hei-TORQUE Precision overall view	10
Hei-TORQUE Precision control panel	10
Start-Up	11
Setting up device	11
Connecting/disconnecting power cord.....	11
Switching the device on and off.....	12
Operation	13
Control knob	13
Control keys	14
Hei-TORQUE Precision: Additional functions.....	15
Symbols used.....	15
Menu navigation	16
Settings	17
Safety settings	18
Editing the profile	20
Favorites	22
Operation	24
Setting the gear stage.....	24
Setting the speed	25
Switching rotation on/off	26

Rotation Hei-TORQUE Precision: Additional functions	28
Safety settings	28
Setting the rotation time	28
Starting rotation via favorites	28
Setting the rotation start time	30
Displaying the progression graph	31
Calibrating the torque	32
Quick chuck	33
Installing and removing impellers	33
Interface	35
Connecting and linking interfaces	35
Interface commands	38
Cleaning and Maintenance	39
Cleaning	39
Maintenance	39
Troubleshooting	40
Malfunctions and troubleshooting	40
Assembly	42
Electrical connections	42
Support rod and quick chuck	43
Mounting the support rod	43
Mounting the quick chuck	43
Shaft guard	44
Dismantling and Storage	45
Dismantling, transportation and storage	45
Dismantling	45
Transportation and storage	45
Accessories and Spare Parts	46
Scope of delivery	46
Accessories	46
Attachments	47
Technical data	47
Recommended speed	48
Performance range	48
Service	49
Contact/Technical Support	49
Warranty	50
Confirmation of condition	51



➤ Version and variants

Version

This manual describes the function, operation and maintenance of Hei-TORQUE stirrers.

Version	Alteration date
1.5	09/2017

Variants

The device is available in different configurations. Certain features and functions only apply to specific configurations. The variants are documented in this manual.

➤ About this manual

This operating manual is an integral part of the device described here.



- Please read this manual carefully and obey all safety and warning notices.
- Ensure that every operator reads this manual.
- Ensure that this manual is accessible to all users at all times.
- Pass the operating manual on to the subsequent owner.



The current version of this operating manual in PDF format is available for download from:

<http://www.heidolph.com/Support/Operation Manuals/Hei-TORQUE>




In addition, please ensure that you comply with all local and national regulations.



➤ Symbols and keywords used

In this manual you will find standardized symbols and keywords to warn you of possible dangers or give important hints. Please pay special attention to these warnings to avoid personal injury or damage to the device.

The following keywords and basic symbols are used:

Symbol	Additional term/explanation
Warning symbols 	The yellow triangle indicates hazardous situations. It is used in combination with the following keywords: DANGER: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death. WARNING: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or death. CAUTION: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in material damage and may result in minor or moderate injury.
Prohibition symbols 	Prohibited: The red circle indicates a situation that should be avoided under all circumstances to avoid serious injury or damage.
Mandatory symbols 	Must be followed: The blue circle indicates important information. Please observe to avoid property damage.

Other signs used

Symbol	Description
→	Handling instruction, action required
✓	Result of action
▪	List of information
▪	
▪	
a.	List of variants
b.	
c.	



➤ General safety instructions

EU Declaration of Conformity



This device complies with the following EC Directives*:

- 2006/42/EC Machinery Directive
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

*Also see attachment "EU Declaration of Conformity".

The device has been constructed according to state-of-the-art technology and recognized safety regulations. However, there are still risks involved with installation, operation and maintenance.

→ Please ensure the operating manual is available at all times.

The device may only be used under the following circumstances:

- Only operate the device if it is in full working order.
- Ensure all operators of the device possess the necessary safety and risk awareness.
- Only operate the device in accordance with the instructions given in this manual.
- If there is anything you do not understand, or certain information is missing, ask your manager or contact the manufacturer.
- Do not do anything on the device without authorization.
- Only use the device in accordance with its intended use.

Intended use

The device is intended for use by trained and authorized personnel only.

The device is suitable for the following uses:

- Stirring
- Mixing
- Degassing
- Blending of solvents and/or solids

The operation of the device is suitable in any of the following locations:

Any research laboratory

Improper use

Any use which deviates from the device's intended use is considered to be improper use. The manufacturer does not accept liability for any damages resulting from improper use. The risk shall be borne solely by the operator.

Installation/electrical safety

- The device may only be connected if the mains voltage corresponds with the information on the type plate.
- The mains connection must be easily accessible at all times.
- Repairs may only be performed by a qualified electrician.
- Never operate the device with a damaged power cord.
- Always turn the device OFF and disconnect mains power before performing any maintenance or service.



Personnel qualification

- The device may only be operated by trained and qualified personnel.
- The device may only be operated by users who have been instructed in its proper use by qualified persons.
- The device must not be operated by persons below the legal minimum age.
- Other personnel may only work on the device under the continuous supervision of an experienced and qualified operator.
- This manual must be read and understood by all persons working with the device.
- The personnel must receive safety instruction to guarantee responsible and safe operating procedures.

➤ Operating company’s obligations

Installation site

- The device must be positioned in a suitable location.
- The device must be installed on a firm and stable surface.
- All screw connections must be securely tightened.
- Do not operate the device in proximity of highly inflammable and explosive substances.
- Installation and operation of the device is only permitted in facilities which are equipped with appropriate laboratory equipment (e.g. with extractor hoods).
- Only operate the device in conjunction with an extractor hood (at least 10-fold air change, with error monitoring), if working with potential harmful media (see DIN EN 14175 and DIN 12924).
- The device may only be operated in enclosed spaces and under the following environmental conditions:

Ambient temperature	5 - 31 °C at 80 % relative humidity 32 - 40 °C decreasing linearly to max. 50 % relative humidity
Installation altitude	0 - 2,000 m (6,500 feet) above sea level
Degree of pollution	2
Overvoltage category	II

- If the equipment is used in corrosive atmospheres, the service life of the equipment will decrease based on concentration, volumes, and frequency of exposures to these corrosive materials, for example concentrated Hydrochloric Acid (HCl).

Modifications to the device

- No unauthorized changes may be made to the device.
- No parts may be added or inserted which have not been approved by the manufacturer.
- Unauthorized changes shall void the EC Declaration of Conformity and the device must not be operated any more.
- The manufacturer shall not be held liable for any damage, danger or injuries resulting from unauthorized changes or from operating the device other than as described in this manual.



Personnel safety

- Ensure that the device is only operated by qualified personnel.
- Observe the following regulations:
 - Laboratory rules
 - Accident prevention regulations
 - Hazardous Substances Act
 - Other generally accepted occupational health and safety regulations
 - Local rules and regulations

➤ Safety during use

- Wear the appropriate protective clothing when working on the device (protective glasses and, if necessary, safety gloves).
- Do not use the device in potentially explosive areas. The device is not protected against explosion. There is no explosion or ATEX protection available.
- Do not carry out work with naked flames in the vicinity of the device (risk of explosion).
- Do not operate or assemble devices in the vicinity which are emission or radiation sources (electromagnetic waves) for the frequency range ($3 \cdot 10^{11}$ Hz to $3 \cdot 10^{15}$ Hz).
- Do not operate or assemble appliances in the vicinity of the device which constitute emission or radiation sources for ionizing radiation or in the ultrasonic range.
- Do not operate the device where adiabatic compression or shock waves might occur (shock wave combustion).
- Do not use substances, where the energy input due to mixing might pose a hazard.
- Only use impellers approved by Heidolph Instruments.
- Eliminate errors immediately.
- Always switch the device OFF after use.
- Avoid putting pressure on the display when you are not operating the device.
- Do not use abrasive material to clean the surface. Only wipe with damp cloth.

➤ Disposal

- Check the device components for hazardous substances and solvents.
- Clean all components before disposal.
- Dispose of the device in accordance with the relevant national regulations.
- Dispose of the packaging material in accordance with the appropriate national regulations.




➤ Device overview

Hei-TORQUE Value overall view



Hei-TORQUE Value control panel






Device Description

Hei-TORQUE Precision overall view



Hei-TORQUE Precision control panel





➤ Setting up device



Warning: **Risk of device slipping**

The device might slide off the table top as a result of vibrations generated during operation.

The surface must be smooth and clean and should be completely level.


Device set-up

- Position the device on a stable, horizontal surface.
- Regularly clean the surface and feet of stand with a damp cloth and ethanol.

➤ Connecting/disconnecting power cord

Connecting the power cord

The device comes with a three-pole cable connector and has a yellow clip on the bottom of the plug to ensure that the it is firmly seated.



Power cord Clip Plug

- Connect the plug to the socket on the back of the device with the yellow clip pointing downwards.
- ✓ The plug is securely plugged in once the yellow clip clicks in place.
- Plug the other end of the power cord into the power socket.



Device socket

Disconnecting the power cord

- Disconnect plug from the power socket first.
- Then press the yellow clip on the bottom of the plug and hold it in this position, while simultaneously pulling the plug out of the socket on the device.



➤ Switching the device on and off

Switching the device on

- Press the ON/OFF switch.
- ✓ The ON/OFF switch engages.
- ✓ The display lights up.
- ✓ A short animation on how to switch the stirrer on is displayed on the screen.
- ✓ The relevant touch panel flashes for approx. 2 seconds.

Switching the device off

- Press the ON/OFF switch.
- ✓ The display powers off.



ON/OFF switch



➤ Operation

Control knob

Hei-TORQUE Value

The speed is adjusted using a rotary knob.

- ➔ Turn the control knob clockwise
- ✓ to increase the speed.
- ➔ Turn control knob counterclockwise.
- ✓ to decrease the speed.



Hei-TORQUE Precision

The rotary knob is used to call up, change and save all settings.

- To call up and change the settings: Turn the control knob
- To select and confirm settings: Push the control knob
- ✓ "Speed" is selected in the main menu by default and the value displayed in orange figures.
- ➔ Turn the control knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the speed.
- ➔ Push the control knob to exit speed setting.
- ➔ Turn the control knob clockwise within 3 seconds.
- ✓ The indicator jumps to "Timer".
- ➔ Push the control knob to confirm your selection.
- ✓ Setting changes from white to orange for approx. 2 seconds.
- ➔ While the figures are orange turn the control knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the setting.
- ➔ Push the control knob to confirm.
- ✓ Without confirmation, the setting will be saved automatically after approx. 2 seconds.



The settings can only be changed while the figures are displayed in orange.



The control knob sound can be switched off and on. (See chapter "Start-Up, Hei-TORQUE Precision: Additional functions", "Settings" section.)



Control keys

Hei-TORQUE Value 400

On the Hei-TORQUE Value 400, the gear stage is set using the touch-sensitive control panel.

- Touch the control panel to set the gear stage.
- ✓ The control panel will display the current gear setting.



Hei-TORQUE Precision


The Hei-TORQUE Precision has several touch-sensitive control keys.

The functions specified above the keys indicate what each key applies to.

- ✓ In the main menu there are three adjacent touch-sensitive keys.


Hei-TORQUE Precision 400:



- ✓ "Range I or II" is displayed.




Hei-TORQUE Precision 100/200

- ✓ "Graph" is displayed.
- Touch one of the control keys.
- ✓ The function specified above the panel applies.


















- ✓ In the submenu there are two adjacent touch-sensitive keys.
- ✓ The "Back" key  takes you back to the previous step.
- ✓ The "Home" key  takes you back to the main menu.





➤ Hei-TORQUE Precision: Additional functions

Symbols used


Symbol	Name	Function
	Home	Back to main menu
	Back	Back to previous menu
	Save	Save setting or profile
	Ramp jump	Rotation speed jumps to predefined setting immediately
	Ramp slope	Rotation speed increases or decreases to predefined setting gradually
	Correct	Deletes last input
	Delete	Deletes template
	Continuous operation	Activates repeated operation of a profile
	Activate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activates single operation of a profile ▪ Activates input
	Deactivate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deactivates the profile ▪ Deactivates input
	Profile cycle	Profile cycle active: Adjustment of time or speed not possible
	Continuous operation	Continuous operation active: Adjustment of time or speed not possible
	Start time	Start time active
	Direction	Clockwise rotation
	PC control	Only available when using interface and PC (see separate instruction manual)



Menu navigation


Switching to a submenu

→ Touch the "Menu" key.




Control key "Menu"

- ✓ The first submenu opens.
- Turn the control knob clockwise or counterclockwise.
- ✓ The position indicator jumps to a menu item.
- ✓ The color of the selected menu item changes from white to orange.



- Push the control knob.
- The selected menu is displayed.



Quitting the submenu

- Touch the "Back" key
- ✓ This will take you back to the previous menu.
- Touch the "Home" key
- ✓ This will take you back to the main menu.






Settings

All basic settings for daily use are set using the "Settings" menu.


Setting the language

- Open the "Settings" submenu.
- Select the "Language" menu item and choose your desired language.
- Push the control knob to confirm your selection.




Setting the time

- Select the "Time" menu item.
- Push the control knob to adjust time.
- Turn the control knob to change the time.
- Push the control knob to complete setting.
- Push the control knob again to confirm and save your selection by pressing "OK".





Setting the sound

- Select the "Sound" menu item.
- Select "Sound on" or "Sound off".
- Push the control knob to confirm.
- ✓ The setting will be displayed for a few seconds.



Setting the direction (only applicable to Hei-TORQUE Precision 100 and 200)

- Select the "Direction" menu item.
- Select "Left" or "Right".
- Push the control knob to confirm.
- ✓ The setting will be displayed for a few seconds.
- ✓ If "Clockwise" is activated, an additional icon  will be displayed in the upper right corner.





Safety settings


Use the "Safety settings" menu to individually adjust all settings required by the nature of your sample to ensure personal safety.

Setting the acceleration

Switching rotation on may result in splashing at high acceleration.

The default setting is medium acceleration.


→ Select the "Acceleration" menu item.



✓ The current setting is marked with an asterisk.


→ Select the required setting.

→ Push the control knob to confirm.



✓ The selected setting is displayed briefly for confirmation.

→ Press "Back"  to exit the "Acceleration" menu.



Setting a speed limit


Some samples may only be exposed to low rotation speed. In this menu you can restrict the speed to avoid accidental changes.

The default setting is the maximum possible speed.

→ Select the "Speed limit" menu item.

→ Set the required maximum speed in rpm.


→ Push the control knob to confirm.



✓ A confirmation is displayed briefly.

→ Press "Back"  to exit the menu.

✓ The speed cannot be set to higher than this speed limit, regardless of the gear stage selected.






Setting the torque limit


Fragile impellers might not withstand a load above a certain torque. This setting allows you to limit the torque accordingly.


- Select the "Torque limit" menu item.
- Push the control knob to confirm "OFF" or the last setting.



- Set the required maximum torque in Ncm using the control knob.
- Push the control knob to exit setting.
- Push the control knob again to confirm by pressing "OK" and save the setting.



- ✓ A confirmation is displayed briefly.
- Press "Back"  to exit the menu.
- ✓ If the torque limit is exceeded, the device will shut down automatically.



The safety settings are saved and are not lost by switching off the device.



Editing the profile

You can edit up to seven profiles and save them as favorites.



The timer of each profile step always counts down to zero. This means that each subsequent profile step must always be at least 1 minute higher than the previous step. – Exception: Ending the profile cycle.

Example:

- 1st step: Time = 00:02 Speed increases to 200 rpm within 2 minutes.
Rotation = 200
Ramp = /
- 2nd step: Time = 00:03 Speed increases to 400 rpm between the 2nd and the 3rd minute.
Rotation = 400
Ramp = /
- 3rd step: Time = 01:00 Speed remains at 400 rpm between the 3rd and the 60th minute.
Rotation = 400
Ramp = |


- Open the submenu.
- Select the "Edit profile" menu item.
- Push the control knob and select the rotation time by turning the control knob.
- Push the control knob to confirm and select the speed by turning the control knob.
- Push the control knob to confirm selection.
- ✓ The profile symbol is now displayed in orange.



Ramp icon

- | : The speed immediately ramps up to the pre-programmed rpm settings for the pre-programmed time.
- / : The speed increases (or decreases) gradually within the pre-programmed time until it reaches the pre-programmed rpm setting.

- Choose your desired ramp by turning the control knob clockwise or counterclockwise.
- Push the control knob to confirm selection.
- ✓ The positioning indicator jumps to the next row.
- Enter the next ramp.









Start-Up

Saving the profile



Once all profile steps have been completed:

- Turn the control knob counterclockwise until the Save icon  at the bottom of the display is displayed in orange.
- Push the control knob to confirm your selection.
- ✓ An alphanumeric keypad appears to allow you to enter your favorite.
- Choose a letter or number by turning the control knob.
- Push the control knob to confirm your selection.
- Delete mistakes using the Delete icon .
- Save your selection by pressing "OK".
- ✓ The confirmation message "Data saved" is displayed briefly.
- Exit the menu by pressing  to enter another favorite.



- ✓ The last profile saved is displayed as a template.
- Adjust the settings and save the profile under a new name.

If you want to **change the gear stage** for the next profile:

- ✓ The last profile saved is displayed as a template.
- Select and confirm the Delete icon .
- ✓ The last profile saved is deleted from the template and a blank menu is displayed.
- Exit the menu by pressing the "Home" key .
- Select a different gear stage from the main menu.
- Return to the "Edit profile" menu.
- Now you can enter a new profile with a changed gear stage.



- A profile can only be saved with either gear stage I or II.
- The gear stage for the profile needs to be selected from the main menu.
- If you wish to use a profile with gear stage I (or II) as the template for a new favorite, the new profile also has to be entered in gear stage I (or II).



Favorites


The submenu "Favorites" offers the following options:

- Show an existing profile
- Open an existing profile as a template for a new profile.
- Delete a profile template to create a completely new profile.
- Start a profile.

Displaying favorites

- Open the "Favorites" menu item in the submenu.
- ✓ If you have saved favorites under "Edit profile" they are displayed here.
- Select a favorite and confirm your selection.

- The selection shown on the right is displayed.
- Select "Show".
- The existing profile is shown.





Selecting favorites as templates

If you want to use a particular favorite as a template, go to the "Favorites" menu instead of the "Edit profile" menu. Save your favorite under a new name via the "Edit" menu.




Editing favorites

- Open the favorite you want to edit.
- Select "Edit".
- ✓ The existing profile appears in your Favorites.
- Select the row you want to edit with the cursor.
- Push the control knob to activate the row for editing.
- Edit the data as desired.
- Save the changes under a new name by clicking "Save" .





Deleting a favorite

- Open the favorite that you want to delete.
- Select "Delete".
- Confirm the safety query with "Yes".
- ✓ The favorite will be deleted.



Starting a favorite

- Open the favorite that you want to start.
- Click the single operation icon  or continuous operation icon .
- ✓ The icons are displayed at the top of the display.
- Start the favorite via the slider.



To prevent accidental changes to tried and tested profiles, it is impossible to change a favorite after it has been saved.

If you really want to change an existing profile, open the profile and edit it, save it under a new name and delete the old version, if you so wish.



➤ Setting the gear stage

Only available for Hei-TORQUE Value 400 and Hei-TORQUE Precision 400

To ensure constant speed despite fluctuations in viscosity you can choose between two gear stages.

Speed range:


- Gear stage I: 10 rpm – 400 rpm
- Gear stage II: 200 rpm – 2,000 rpm




The gear stage can only be changed if the device is not running.

- ✓ Stirring is switched off.
- ➔ Touch the gear stage key on the control panel.
- ✓ The current gear stage is displayed on the control panel.
- ✓ The speed range is automatically adjusted to the lowest speed.

Hei-TORQUE
Value 400



Hei-TORQUE
Precision 400



Control key gear stage



Hei-TORQUE Precision 400

If you select a favorite to start a profile the gear stage will be switched automatically.



Hei-TORQUE Precision 400

If you save more than one favorite in succession the software keeps the gear stage of the most recent profile in memory.

Always delete the profile in the "Edit Profile" menu before editing a profile with a different gear stage for a new favorite.



➤ Setting the speed


The overhead stirrer rotates clockwise. The speed range varies from 10 rpm - 2,000 rpm (For further details, see the chapter "Technical data".)



We recommend a maximum speed between 500 rpm and 2,000 rpm, depending on the type of impeller used (see the chapter "Technical data").

Hei-TORQUE Value: setting and adjusting the speed

- Turn the control knob clockwise
- ✓ to increase the speed.
- ✓ The current speed setting is displayed under "set rotation speed" on the display.
- Turn the control knob counterclockwise
- ✓ to decrease the speed.



Increase rotation

Decrease rotation

Turn the control knob clockwise or counterclockwise to adjust speed at any time.

Hei-TORQUE Precision: setting and adjusting the speed

- ✓ You are currently in the main menu.
- ✓ The cursor is on the left beside "Speed".
- ✓ "Speed" is displayed in orange.
- Turn the control knob clockwise or counterclockwise to increase or decrease the speed.



In the main menu, turn the control knob clockwise/counterclockwise to adjust the speed while the device is running.



The speed cannot be adjusted if a profile was activated via Favorites



➤ Switching rotation on/off



Warning:
Risk of injury!

Shattering stirring vessels may lead to serious injuries due to flying parts and escaping fluids.

- Always wear protective clothing in the vicinity of the stirrer when it is running.
- Never operate the stirrer with an imbalanced impeller.
- Never operate the stirrer with an imbalanced chuck.
- The impeller must be able to move freely, without touching the vessel. Choose the inner diameter accordingly.



Warning:
Risk of injury! Risk of entanglement!

Rotating items can injure your hands or other parts of the body by drawing in long hair, loose clothing or jewelry.

- Never touch any rotating parts.
- Do not wear loose clothing, belts or ties, which may be drawn in by rotating parts.
- Do not wear long necklaces or bracelets.
- Cover or tie back long hair when operating the stirrer.

Warning:
Risk of poisoning!

It may be necessary to operate the stirrer behind a closed and ventilated fume hood.



Warning:
Risk of poisoning! Risk of injury!

Depending on the chemicals in use, stirring may result in a chemical reaction which causes dangerous gases to be released.

It may be necessary to operate the stirrer behind a closed and ventilated fume hood.

Warning:
Risk of injury!

Switching stirring on at high speed may cause splashing. Depending on the chemicals in use, this may cause injury.

Select a low speed at first and increase it gradually, if necessary.

Hei-TORQUE Precision only

Initially, select "Slow" under "Soft start". Only select "Medium" or "Fast" after testing your application (see chapter "Start-Up, Hei-TORQUE Precision: Additional functions", "Safety settings").



Operation





Hei-TORQUE Precision only:

Limit the speed and torque when working with sensitive chemicals and/or fragile impellers unable to withstand high torque loads



(see chapter "Start-Up, Hei-TORQUE Precision: Additional functions", "Safety settings").

Starting rotation

- Touch the slider with your finger and swipe from left  to right .
- ✓ The stirrer starts to rotate.
- ✓ Rotation speed ramps up over a short period until it reaches the pre-programmed speed.




Stopping rotation

- Touch the slider with your finger and swipe from right  to left .
- ✓ Rotation stops.



Hei-TORQUE Precision

You can also stop rotation using the slider if you have activated a profile via Favorites .




➤ Rotation Hei-TORQUE Precision: Additional functions

Safety settings

- ✓ You have adjusted acceleration to the specific viscosity of the probe in use.
 - ✓ You have set a speed limit, if required.
 - ✓ You have set a torque limit, if required.
- (See chapter "Start-up, Safety settings")

Setting the rotation time



- The time can be adjusted from 1 minute to 24 hours.
- Display of the program is accurate to the closest second.

- Select "Timer".
- Push the control knob.
- Set the duration of rotation while the settings are displayed in orange.
- Start rotation using the slider.
- ✓ The clock symbol  is displayed at the top of the display.
- ✓ The scale below the set time indicates the remaining time.
- ✓ Regardless of the set time, stirring can be stopped at any time using the slider.



Starting rotation via favorites

There are two ways to start a saved profile:

- Single operation 
 - The profile runs once on the basis of the set time.
 - Rotation stops automatically as soon as the program is finished.
 - The profile icon is displayed at the top of the display.
- Continuous operation 
 - The profile runs until the end of the cycle.
 - Once the cycle is finished, it starts again.
 - The stirrer continues running until the profile is stopped manually.



Operation

Single operation

- Open the favorite you want to activate.
- Select "Edit".
- ✓ The existing profile is displayed.
- Select "single operation"
- ✓ The "Profile active" icon is displayed at the top of the display.
- Return to the main menu.
- Start the profile using the slider.
- ✓ The profile runs and stops after running once.
- Stop the profile by deactivating it via the menu "Favorites", "Edit"
- ✓ The "Profile active" icon disappears.

Continuous operation

- Open the favorite you want to activate.
- Select "Edit".
- ✓ The existing profile is displayed.
- Select "Continuous operation"
- ✓ The "Profile active" icon and the "Continuous operation" icon are displayed at the top of the display.
- Return to the main menu.
- Start the profile using the slider.
- ✓ The profile starts running and is repeated indefinitely.
- ✓ Stop continuous operation using the slider.
- Stop the profile by deactivating it via the menu "Favorites", "Edit"






Setting the rotation start time


You can set a start time:

- For one of your favorites.
- For a setting which you have directly entered in the main menu. taking consideration of the pre-programmed time.





The start time is interpreted as the actual time. To ensure rotation starts on time it is important that the clock is set correctly.

- Activate the profile for one of your favorites or enter the settings in the main menu.
- Select the menu item "Start time" in the submenu.
- Push the control knob to edit the time.
- Set the time for the profile to start.
- Push the control knob to confirm the start time.
- Press "Activate"  to activate the start time.



The start time remains active until it is deactivated again by the operator.

- ✓ The clock icon  starts flashing in the upper left-hand corner of the display.
- ✓ 30 seconds before to automatic start, the whole display starts flashing.
- Deactivate the start time by pressing "Deactivate" .



Warning: Automatic start! Risk of injury! Risk of entanglement!

Rotating items can lead to severe injuries by drawing in long hair, loose clothing, jewelry or the like.

- Keep long hair, jewelery or loose clothing away from rotating parts.
- When a start time is activated, place the **warning sign (page 91-92)** close to the stirrer. Every individual must be aware of the potential risk of injuries.
- As soon as the display starts flashing, keep a safe distance from the device to avoid contact with any rotating parts.
- Deactivate "Start time" as soon as a profile is finished if it does not need to be repeated.

- ✓ Rotation starts at the pre-programmed time.



Displaying the progression graph

If you wish to check the programmed ramps, especially for high viscosity samples and saved profiles, you can do so by displaying them as a graph while running a profile.



The graph is only displayed when rotation is active.



Hei-TORQUE Precision 100/200

- You have started stirring.
- Select the menu "Graph".

Hei-TORQUE Precision 400

- You have started stirring.
- Open the submenu.
- Select the menu item "Graph".

- ✓ A diagram of the current profile is displayed.
- ✓ The graph shows the last 3.5 minutes of the profile.



Warning: **Risk of injury! Risk of entanglement!**

Rotating items can injure your hands or other parts of the body by drawing in long hair, loose clothing or jewelry.

- Never touch any rotating parts.
- Do not wear loose clothing, belts or ties, which may get drawn in by rotating parts.
- Do not wear long necklaces or bracelets.
- Cover or tie back long hair when operating the stirrer.

Warning: **Risk of poisoning!**

It may be necessary to operate the stirrer behind a closed and ventilated fume hood.



Calibrating the torque

The devices are factory-calibrated, but this cannot reflect your individual ambient operating conditions. If you need the torque to be displayed as accurately as possible, please calibrate the torque under your operating conditions.


There are 2 ways of calibrating the torque:

- Setting relative zero: Relative zero is measured within the sample, i.e. zero torque is defined by the resistance of your sample.
- Setting absolute zero: Absolute zero is measured outside the sample, i.e. zero torque is defined irrespective of sample resistance.



Do not calibrate the torque until the stirrer has warmed up by running it for approx. 15 - 30 min. Within the first few minutes of operation, when the device is cold, the temperature-dependent resistance of the gear system distorts the torque.

- ✓ Stirring has been running for 15 - 30 minutes in the sample.
- Press "Cal" in the main menu.
- ✓ The message "Torque calibrated" is displayed.
- ✓ "MEM" flashes on the display until calibration is reset to the factory setting.
- ✓ If relative zero is selected, the display shows positive or negative torque, depending on any change in sample viscosity since calibration.
- ✓ If absolute zero is selected, the display shows the absolute torque depending on the resistance of the sample. In general, the torque will be positive.



Calibration is only valid for the speed set while calibration was performed. As soon as the speed is changed, the torque changes and re-calibration might be required.

Therefore calibration is not valid for a profile with differing speeds selected via favorites.

Resetting calibration

- Stop rotation.
- Press "Cal" in the main menu.
- ✓ Calibration is reset to the factory setting.



As soon as the device is switched OFF, calibration will automatically be reset to the factory setting.



➤ Quick chuck

Installing and removing impellers



Warning:
Risk of injury!

If the device is not switched off when you open or close the chuck, rotation may start unexpectedly. This may cause serious injury.

Always switch the device off before opening and closing the chuck.

Removing the impeller

- ✓ The device is switched off.
- ➔ Hold the installed impeller with one hand.
- ➔ Turn the safety ring 90° clockwise.

- ✓ The safety ring is now open.

- ➔ Pull the safety ring down as far as it will go.
- ➔ Turn the quick chuck counterclockwise to open.
- ✓ The quick chuck is fully open when a slight resistance is noticed.
- ➔ Remove the impeller.





Operation

Installing an impeller



Warning: Risk of injury!

If the chuck is not closed properly, the impeller may come loose during rotation, resulting in serious injuries.

Fasten the chuck securely. Check that it is still securely fastened periodically during prolonged operation.

- Place the impeller in the quick chuck and push it upwards until it reaches the operating position.
- Hold the impeller in this position as centrally as possible and close the quick chuck cautiously until you feel resistance from the impeller.
- Adjust the axial alignment of the impeller and continue fastening the quick chuck until you hear 3 audible clicks.




Warning: Risk of injury! Damage to equipment

If the impeller is not centered, vibrations might build up and lead to instability and result in serious injuries.

An incorrectly mounted impeller can cause permanent imbalance and damage the impeller as well as the device.

Center the impeller carefully before final fastening.

- Push the safety ring up as far as it will go.
- Turn the safety ring counterclockwise until it stops.
- ✓ The impeller is now securely fastened.





Interface

Only Hei-TORQUE Precision

You can connect the stirrer to a PC via the interface. Two serial interfaces are located on the back of the device. (Operation: see separate manual)

The following interfaces are available:

- USB interface: Micro USB type AB
- RS232 interface, SUB D9

You can connect the device either via USB or via the RS232 interface.


Up to 4 overhead stirrers can be driven via numerous PC interfaces.

→ Close the dust protection cap on the interface if not in use.

USB interface dust protection cap

RS232 interface

USB interface



Software

Installation and operation of the software program is described in a separate manual.

Connecting and linking interfaces

RS232 interface

If you are using an interface cable not supplied by Heidolph (optional accessory) please ensure correct pin allocation. The RS232 cable may only be connected as shown below:

SUB D9 plug

- RXD (2)
- TXD (3)
- GND (5)




SUB D9 socket


- (2) RXD
- (3) TXD
- (5) GND

Pin assignment


SUB D9 plug
Device connection



SUB D9 socket
Cable to device



SUB D9 socket
Cable to PC







USB interface

To operate a Hei-TORQUE stirrer via the USB interface, an additional driver needs to be installed on your PC. The driver will simulate a COM interface.

You will find the driver on the USB stick supplied.

- Plug the USB stick into your PC's USB interface.
- ✓ The folders and files shown on the right are displayed.
- Open the "USB driver" folder.
- Double click "CDM v2.12.06 WHQL Certified".

- Follow the instructions on the screen.
- Press "Next" to accept the file location,
- ✓ The driver can be found in the folder for Windows drivers.
- Click "Finish" to complete installation.





Connecting interfaces



The USB interface cable supplied is 1 m long. We advise against using longer cables.

A longer cable might result in data transmission errors.

- ✓ The device is switched off.
- Insert the plug on the interface cable into the interface on the back of the stirrer.
- Insert the other end into the USB port on your PC.



Warning: **Automatic start! Risk of injury! Risk of entanglement!**

Rotating items can lead to severe injuries by drawing in long hair, loose clothing, jewelry or the like.

- Keep long hair, jewelery or loose clothing away from rotating parts.
- Before you activate remote control, place the **warning sign (page 101-102)** close to the stirrer. Every user must be aware of the potential risk of injury.
- Keep a safe distance from the device to avoid contact with any rotating parts.

Linking interfaces

- ✓ The PC is switched on.
- Switch the overhead stirrer ON.
- Start rotation on the PC.
- ✓ The data link between the PC and stirrer is completed.
- ✓ The stirrer is switched to remote control mode.
- ✓ All commands are executed via the PC.
- ✓ Only the slider on the stirrer is still active to allow you to end the stirring process.
- ✓ You can always switch it OFF using the ON/OFF switch on the stirrer.



Interface commands

Command to stirrer*	Feedback from stirrer	Feature
r\r\n	RPM: xxxx\r\n	Display actual speed (rpm)
s\r\n	SET: xxxx\r\n	Display set speed (rpm)
m\r\n	NCM: xxxx\r\n	Display torque (Nmm)
f\r\n	FLT: No Error!\r\n	No error detected
	FLT: Motor Error!\r\n	Motor error
	FLT: Motor Temperature!\r\n	Motor overheated, restart rotation
	FLT: Stopped Manually!\r\n	Stirrer stopped manually
	FLT: Overload!\r\n	Motor overloaded
T\r\n	HT:100P\r\n	Connected to Hei-TORQUE 100 Precision
	HT:200P\r\n	Connected to Hei-TORQUE 200 Precision
	HT:400P\r\n	Connected to Hei-TORQUE 400 Precision
Rxxxx\r\n	Rxxxx\r\nSET:xxxx\r\n	Start rotation at set speed xxxx (rpm)
R0000\r\n	R0000\r\nSet\::0\r\n	Stop stirrer, set speed saved
A\r\n	A direction\r\n B direction\r\n	Switch to gear II
B\r\n	A direction\r\n B direction\r\n	Switch to gear I
C\r\n	Clear Error\r\n	Delete "Overload" error message
D\r\n	Direct control\r\n	Deactivate communication link: ✓ Remote is control deactivated ✓ Device can be operated manually
N\r\n	Null reference\r\n	Set actual torque to zero: ✓ Torque is being calibrated
F\r\n	F\r\n	Check communication link (Stirrer will shut down off after 60 seconds if no commands are received)
M\r\n	M\r\n	Identify device: ✓ Display on the linked stirrer will start flashing
t\r\n	TMP: xxx\r\n	Display temperature
z\r\n	zSET: xxxx\r\nzACT: hhmmss\r\n	Timer: display set time and remaining time

*Interface parameter RS232: 9600 Baud, No Parity, 8 Bit, 1 Stopbit



- Do not send commands as package, minimum pause 0.1 seconds
- Commands M, F, T and z are not valid for stirrer RZR
- xxxx stands for a 1 - 4 digit figure
- Receiving \r\n may be displayed in a row



➤ Cleaning

The chuck and all of the surfaces on the stirrer can be cleaned with a damp cloth and, if required, a mild soap solution.



Attention:
Risk of damage to the surfaces

All of the surfaces may be damaged by improper cleaning.

Never use:

- Chlorine bleach or any cleaning agent containing chlorine
- Ammonia
- Abrasive cleaning agents such as scouring agents, cleaning wool or agents with metallic particles

Cleaning the quick chuck



Warning:
Risk of injury!

A heavily soiled quick chuck might not close properly. As a result, the impeller might come loose, resulting in serious injury.


Check the cleanliness of the quick chuck periodically during prolonged operation after stopping the stirrer. Clean the quick chuck if it is heavily soiled.

The quick chuck can be removed for cleaning (see chapter “Assembly, Support rod and quick chuck”).

Cleaning the control knob

The control knob can be removed for cleaning.

- ➔ Pull the control knob off the panel to remove.
- ➔ Push the control knob on to reattach it.



➤ Maintenance

The device is maintenance-free. Any repairs required must be performed by an authorized Heidolph distributor.

Please contact Heidolph Instruments or your local Heidolph Instruments distributor.

➤ Malfunctions and troubleshooting

Quick chuck

Malfunction	Possible cause	Troubleshooting
Quick chuck cannot be closed	Quick chuck has been opened with too much force and has been overwound	<ul style="list-style-type: none"> Turn quick chuck with approx. the same effort in closing direction, until a series of audible clicks is heard Turn quick chuck carefully in opposite direction, until a slight resistance will be noticed after 1 - 3 clicks. <p>The overwinding has been reset, when you can no longer hear clicks when closing the quick chuck.</p>

Hei-TORQUE Value


Error messages	Possible cause	Troubleshooting
Error: Overload	Motor or power adapter overload: <ul style="list-style-type: none"> Torque too high Impeller blocked 	Rotation stops automatically: <ul style="list-style-type: none"> Remove the cause of blockage Re-start rotation
Overheating (cool down before restarting)	Motor too hot: Overheat protection activated	Rotation stops automatically: Re-start rotation after allowing to cool down

Malfunctions	Possible cause	Troubleshooting
Display cannot be switched on	No power	Check that the plug is correctly inserted in the power socket and the stirrer.

Hei-TORQUE Precision

Error messages	Possible cause	Troubleshooting
Error: Overload	Motor or power adapter overload: <ul style="list-style-type: none"> torque too high Impeller blocked 	Rotation stops automatically: <ul style="list-style-type: none"> Remove the cause of blockage Re-start rotation
Overheating (allow to cool down before restarting)	Motor too hot: Overheat protection activated	Rotation stops automatically: Re-start rotation after allowing to cool down
Do not change while running!	Unauthorized modification attempted while running	Stop the stirrer, make the required changes

Troubleshooting

Favorite ... already exists!	Name already exists	Choose a different name
No profiles available!	<ul style="list-style-type: none"> ▪ When activating a profile: Profile parameters were deleted prior to activation or not yet defined ▪ When saving a profile: No profile parameters defined 	Enter the parameters
Safety ring not closed	Safety ring is not properly closed	Ensure the quick chuck is securely fastened, close the safety ring. (See chapter "Operation, Attaching the impeller")
No memory space left!	Maximum number of favorites reached	Delete favorites no longer required
Malfunctions	Possible cause	Troubleshooting
Display cannot be switched on	No power	Check that the plug is correctly inserted in the power socket and the stirrer.
	Electronic fault	Please contact your local Heidolph Instruments distributor
Rotation cannot be switched on	Icon  at the top of the display: Profile with interval active	Deactivate the profile via the "Profiles" menu.
	Circuit board fault	Please contact your local Heidolph Instruments distributor

If you experience a malfunction which can not be resolved, please contact your authorized Heidolph distributor immediately.



Electrical connections

Repairs of any kind may only be carried out by a **qualified electrician**. Improper repairs may result in considerable danger. Contact your local Heidolph Instruments distributor if repairs are required.



Warning:
Risk of electric shock!

This device may only be connected to a grounded electrical socket.


The mains voltage and the operating voltage specified on the rating plate on the back of the device (see picture below) must be in agreement.

The device is supplied with a grounded power cord. If the original plug is changed, the new plug must have a protective earth wire!

Interfaces

Rating plate

Device socket



Color coding for electrical connections:

Europe	
GREEN/ YELLOW	PE: Protective earth (Earth)
BLUE	N: Neutral
BROWN	P: Phase

North America	
GREEN	PE: Protective earth (Earth)
WHITE	N: Neutral
BLACK	P: Phase

The device is connected to the electrical socket with the power cord supplied. This plugs into the socket on the rear of the housing.

For countries where a different plug than the standard plug supplied is used:

- The plug supplied may only be changed by a professional electrician.
- If you wish to use an adapter, ensure that it is grounded and approved in accordance with the local regulations.



Support rod and quick chuck

Mounting the support rod


The support rod allows you to attach the stirrer to a stand or to a wall grid. (see chapter "Accessories and spare parts, Accessories").

Scope of delivery:

- Support rod
- Allen key


On the back of the device you will find a slot for the support rod.

- Push the support rod into the slot on the back of the device with the notch facing the front.
- Make sure that the notch on the support rod aligns with the grub screw in the housing.
- Secure the support rod using the Allen key provided.



Mounting the quick chuck

- Remove the impeller, if currently in place.
- Close the quick chuck and push the safety ring up into the top position.
- Slightly loosen the grub screw located in the orange ring using the Allen key.
- Pull the quick chuck down to remove.
- When re-mounting, ensure the grub screw aligns with the recess.





➤ Shaft guard

Installing the shaft guard (optional accessory)

A shaft guard can be attached to prevent injuries caused by rotating parts of the impeller (see chapter "Accessories and spare parts, Accessories").

Scope of delivery:

- 1 x adaptor
- 2 x torx screws
- 1 X torx key
- 1 x shaft guard
- 2 x knurled screws

→ Push the adapter up with the cut-out around the ON/OFF switch.



✓ The two guide aids fit into the holes on the left and right and ensure correct fitting.

→ Attach the adapter using the two Allen screws and Allen key provided and tighten them firmly.

→ Attach both of the knurled screws to the hole on the adapter and tighten them 2 - 3 turns.

→ Push the grooves on the shaft guard over the knurled screws until the screws reach the end of the groove. Now turn the shaft guard clockwise to the end of the groove.

→ Carefully tighten both of the knurled screws to hold the shaft guard in place.



Removing the shaft guard

→ Unscrew both of the knurled screws holding the shaft guard to the adapter 1 - 2 turns.

→ Turn the shaft guard slightly counterclockwise and remove it downwards from the stirrer.



➤ Dismantling, transportation and storage

Dismantling



Warning:
Risk of injury!

While the device is plugged there is a risk of injury due to accidentally switching the stirrer on.

Before dismantling, always switch the stirrer off and disconnect the plug from the electrical socket.

- ✓ The device is switched off.
- Disconnect the plug from the power socket and the device socket.
- Remove the impeller and dismantle the shaft guard, if necessary.

Transportation and storage

- Store and transport the device and its components only after emptying and cleaning.
- Store and transport the device and parts in the original packing material or in an adequate container to prevent damage.
- Seal the packaging carefully to prevent unauthorized or mistaken opening.
- Store the device in a dry and frost-free place.



Improper storage and transportation may result in damage to the system and the mechanical components.

Avoid strong vibrations and shocks during transportation.



➤ Scope of delivery

Component	Variant	Quantity	Order No.
Hei-TORQUE	Value 100	1	501-61011-00
	Value 200	1	501-62011-00
	Value 400	1	501-64011-00
	Precision 100	1	501-61021-00
	Precision 200	1	501-62021-00
	Precision 400	1	501-64021-00
Support rod		1	22-02-14-01-41
USB cable for Hei-TORQUE Precision		1	14-007-040-61
Operating manual English/German		1	01-005-005-55
Hei-Control software		1	592-50100-00
Hei-Control operating manual English/German		1	01-005-005-69
Warranty registration card/Confirmation of condition		1	01-006-002-78
EC Declaration of Conformity		1	01-001-025-01
Power cord		1	Depending on country

➤ Accessories

Component	Quantity	Order No.
RS232 cable for Hei-TORQUE Precision		14-007-040-72
Shaft guard	1	509-08100-00
Different sizes of stands and impellers	1	See full catalog

Additional accessories are shown in the full catalog and on our website at www.heidolph.com



➤ Technical data

Hei-TORQUE

Supply voltage	100 - 240 V (50/60 Hz)
Protection class (DIN EN 60529)	IP54
Drive	EC motor
Overheating protection	KTY temperature monitoring, self-resetting
Overload	Automatic power cut-off, message on display
Speed accuracy (%)	± 1
Speed control	Electronic
Support rod (Ø x L) (mm)	13 x 160
Impeller shaft Ø min./max. (mm)	2.5 - 10.5
Permissible duty cycle	Continuous
Permissible ambient conditions	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - 31 °C at 80 % relative humidity, non-condensing • 32 - 40 °C decreasing linearly to max. 50 % relative humidity • 0 - 2,000 m (6,500 feet) above sea level

Model Hei-TORQUE

	Value	Precision
Interface	No	USB or RS232
Timer	No	Yes
Control panel	TFT display, monochrome, 2.4"	TFT display, color, 3.2"
Torque	Symbol	Value

Model Hei-TORQUE

	Value 100/200	Precision 100/200	Value/Precision 400
Clockwise/counterclockwise rotation	No	Yes	No

Model Hei-TORQUE

	Value/Precision 100	Value/Precision 200	Value/Precision 400
Power consumption (W)	90	120	150
Stirring cap. Max. H ₂ O, vol. (L)	50	50	100
Max. viscosity (mPa s)	60,000	100,000	250,000
Max. torque (Ncm)	100	200	400
Number of gears stages	1	1	2
Speed ranges (rpm)	10 - 2,000	10 - 2,000	Gear stage I 10-400 Gear stage II 20 - 2,000
Dimensions (mm)	w h d	86 350 247	86 350 247
Weight (kg)	4.408	5.060	5.286




Recommended speed


Impellers	Maximale U/min
Blade impellers: BR 10, BR 11, BR 12,	≤ 2.000
Blade impellers: BR 13, BR 14	≤ 800
Half moon impellers: H 18	≤ 800
Propeller type impellers: PR 39, PR 33	≤ 800
Propeller type impellers: PR 30, PR 31, PR 32	≤ 2.000
Radial flow impellers: TR 20, TR 21	≤ 2.000
Anchor type impellers: AR 19	≤ 800
VISCO JET® impellers: VISCO JET® 60-120, VISCO JET® CRACK 80-120	≤ 500

Performance range


Hei-TORQUE Value 100
Hei-TORQUE Precision 100



Hei-TORQUE Value 200
Hei-TORQUE Precision 200



Hei-TORQUE Value 400
Hei-TORQUE Precision 400





➤ Contact/Technical Support

Questions/repairs

If you have any questions about installation, operation or maintenance after having read this manual, please contact us at the following address.

For repairs, please call Heidolph Instruments or your local authorized Heidolph distributor.



Warning: Risk of poisoning!

Contamination of the device may cause serious injury or death of our employees!

When shipping items for repair that may have been contaminated by hazardous substances, please:

- Specify the exact substance
- Take precautions to ensure safety for our incoming goods and service personnel
- Mark the packaging in accordance with the Ordinance on Hazardous Substances

You will find a "Confirmation of condition" form at the end of this manual.

→ Please copy and complete this form and return it before shipping the device to us for repair.

Contact details:



Heidolph Instruments Germany

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG
Technical Service
Walpersdorfer Str. 12
D-91126 Schwabach
Germany

Tel.: +49 – 9122 - 9920-74

Fax: +49 – 9122 - 9920-84

e-mail: service@heidolph.de

www.heidolph.de

Heidolph Instruments North America

Phone: 1-866-650-9604

e-mail: service@heidolph.com

www.heidolphNA.com

Heidolph Instruments United Kingdom

Phone: 01799 - 5133-20

e-mail: service@radleys.co.uk

www.heidolph-instruments.co.uk

All other countries

Contact details of your local Heidolph distributor can be found on www.heidolph.com



➤ Warranty



Heidolph Instruments provides a 3 year warranty for the products described here (excluding glass and wearing parts) if you register using the warranty card enclosed or online (www.heidolph.com). The warranty period begins with the date of registration. The serial number is also valid without registration.

The warranty covers material and manufacturing defects.

In the event of a material or manufacturing defect, the device shall be repaired or replaced free of charge under the terms of the warranty.

Heidolph Instruments shall not assume liability for any damage incurred as a result of improper handling or transport.

Warranty claim?

- ➔ Please notify Heidolph Instruments or your local Heidolph distributor if you wish to make a warranty claim.



➤ Confirmation of condition

→ If repairs are required, copy and complete the Confirmation of condition of device and send it to Heidolph Instruments.

1. Details about the device

Product number

Serial number

Reason for repair

2. Has the device been cleaned, decontaminated/sterilized?

Yes

No

3. Is the device in a condition which does not pose a health hazard to the staff of our maintenance department?

Yes

No

If not, which substances has the device come into contact with?

4. Legally binding declaration

The customer is aware that they are legally liable to Heidolph Instruments for any damage arising from incomplete or incorrect information.

Date

Signature

Company stamp

Please note

The shipper is responsible for returning the goods in well packaged condition, suitable for the mode of transport.

Sender information

Last name, first name

Company

Department, group

Street

Zip code, city

Country

Phone

e-mail

Zu diesem Dokument	54
Version und Varianten	54
Über dieses Handbuch.....	54
Symbole und Signalwörter	55
Sicherheitshinweise	56
Allgemeine Sicherheitshinweise	56
EU-Konformitätserklärung.....	56
Bestimmungsgemäße Verwendung	56
Installation / Elektrische Sicherheit	57
Qualifikation der Mitarbeiter	57
Pflichten des Betreibers	57
Aufstellort.....	57
Änderungen am Gerät	58
Sicherheit des Personals	58
Sicherheit während der Benutzung.....	58
Entsorgung.....	58
Gerätebeschreibung	59
Geräteübersicht.....	59
Hei-TORQUE Value Gesamtansicht.....	59
Hei-TORQUE Value Display	59
Hei-TORQUE Precision Gesamtansicht	60
Hei-TORQUE Precision Display	60
Inbetriebnahme	61
Gerät aufstellen	61
Netzkabel anschließen / lösen	61
Gerät ein- und ausschalten	62
Einstellungen vornehmen	63
Drehknopf	63
Bedienfelder	64
Hei-TORQUE Precision: Zusatzfunktionen	65
Verwendete Symbole.....	65
Menü-Führung.....	66
Einstellungen	67
Sicherheitseinstellungen	68
Profil editieren.....	70
Favoriten	72
Bedienung	74
Getriebestufe einstellen.....	74
Drehzahl einstellen	75
Rotation ein-/ausschalten	76

Rotation Hei-TORQUE Precision: Zusatzfunktionen.....	78
Sicherheitseinstellungen	78
Rotationsdauer einstellen.....	78
Rotation über Favoriten starten.....	78
Startzeit für Rotation festlegen	80
Verlaufsgrafik anzeigen.....	81
Drehmoment kalibrieren	82
Schnellspannfutter Quick-Chuck	83
Rührwerkzeuge einspannen und entfernen	83
Schnittstellen	85
Schnittstelle anschließen und verbinden.....	85
Schnittstellenbefehle	88
Reinigung und Wartung	89
Reinigung	89
Wartung.....	89
Fehlerbehandlung	90
Störungen und deren Beseitigung	90
Montage	92
Elektrischer Anschluss.....	92
Haltestange und Schnellspannfutter	93
Haltestange montieren	93
Schnellspannfutter montieren und demontieren	93
Rührwellenschutz	94
Demontage und Lagerung	95
Abbau, Transport und Lagerung	95
Abbau	95
Transport und Lagerung.....	95
Ersatzteile und Zubehör	96
Lieferumfang	96
Zubehör	96
Anhang	97
Technische Daten	97
Empfohlene Drehzahlen.....	98
Leistungsbereich.....	98
Service	99
Kontakt / Technischer Service	99
Garantieerklärung.....	100
Unbedenklichkeitserklärung	103



➤ **Version und Varianten**

Version

Diese Anleitung beschreibt Funktion, Betrieb und Bedienung des Laborrührers Hei-TORQUE.

Version	Änderungsdatum
1.5	09/2017

Varianten

Das Gerät ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich. Bestimmte Merkmale oder Funktionen sind nur in bestimmten Ausstattungsvarianten verfügbar. Die Varianten sind in dieser Anleitung beschrieben.

➤ **Über dieses Handbuch**

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des hier beschriebenen Gerätes.



- Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise.
- Sorgen Sie dafür, dass jeder Benutzer des Gerätes vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen hat.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung so auf, dass sie jederzeit für jeden Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie diese Betriebsanleitung an den Nachfolge-Besitzer weiter.



Die aktuelle Version dieser Betriebsanleitung finden Sie auch unter:




<http://www.heidolph.de/Support/Bedienungsanleitungen/Laborrührer/Hei-TORQUE>

Beachten Sie darüber hinaus die örtlichen Bestimmungen am Aufstellort.

➤ Symbole und Signalwörter

In dieser Betriebsanleitung werden standardisierte Symbole und Signalwörter verwendet, um Sie vor Gefahren zu warnen oder Ihnen wichtige Hinweise zu geben. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.

Die folgenden Begriffe und Grundsymbole werden verwendet:

Symbol	Zusätzliche Signalwörter / Erläuterung
Warnzeichen 	Das gelbe Dreieck weist auf eine gefährliche Situation hin. Es wird in Kombination mit den folgenden Signalwörtern verwendet: GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu schweren Verletzungen oder Tod. WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod. VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nichtbeachtung führt zu Sachschäden und kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.
Verbotszeichen 	Unbedingt vermeiden: Der rote Kreis weist auf eine Situation hin, die unter allen Umständen vermieden werden sollte. Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Sachschäden.
Gebotszeichen 	Unbedingt beachten: Der blaue Kreis weist auf eine wichtige Information hin. Bitte beachten Sie diesen Hinweis, um Sachschäden zu vermeiden.

Weitere verwendete Zeichen:

Symbol	Erläuterung
→	Bedienungsanweisung, Handeln erforderlich
✓	Ergebnis der Handlung
▪ ▪ ▪	Aufzählung von Informationen
a. b. c.	Aufzählung von Varianten



➤ Allgemeine Sicherheitshinweise

EU-Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien*:

- 2006/42/EG Maschinen-Richtlinie
- 2014/30/EU EMV-Richtlinie

*Siehe hierzu auch beigelegte „EU-Konformitätserklärung“.

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch bestehen beim Installieren, Arbeiten und Instandhalten Gefahren.

→ Betriebsanleitung bitte stets verfügbar halten.

Das Gerät darf nur unter folgenden Bedingungen benutzt werden:

- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es in technisch einwandfreiem Zustand ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn Sie über das nötige Sicherheits- und Gefahrenbewusstsein verfügen.
- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend den Vorschriften in dieser Betriebsanleitung.
- Wenn Informationen missverständlich sind oder Sie Informationen vermissen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Bedienen Sie nichts an dem Gerät ohne Befugnis.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal betrieben werden.

Das Gerät ist für folgende Verwendungszwecke geeignet:

- Rühren
- Mischen
- Entgasen
- Verbinden von Lösungsmitteln oder Feststoffen

Das Gerät darf betrieben werden in:

jeder Forschungseinrichtung

Nicht zugelassene Verwendung

Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Installation / Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur angeschlossen werden, wenn die vorhandene Netzspannung mit den Angaben auf dem Typschild des Gerätes übereinstimmt.
- Der Netzanschluss muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Reparaturen dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem defekten Netzkabel.
- Schalten Sie das Gerät immer AUS und lösen Sie das Netzkabel, bevor Sie eine Wartung oder eine Reparatur durchführen.



Qualifikation der Mitarbeiter

- Das Gerät darf nur von geschultem Personal bedient werden.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die durch geschultes Fachpersonal in die ordnungsgemäße Bedienung eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal im gesetzlichen Mindestalter bedient werden.
- Andere Personen dürfen nur unter permanenter Aufsicht von erfahrenem und geschultem Fachpersonal an dem Gerät arbeiten.
- Diese Betriebsanleitung muss von allen Personen, die mit diesem Gerät arbeiten, gelesen und verstanden werden.
- Das Personal muss eine Sicherheitseinweisung erhalten haben, die zu verantwortungsvollem und sicherem Arbeiten führt.

➤ Pflichten des Betreibers

Aufstellort

- Das Gerät muss an einem geeigneten Platz aufgestellt werden.
- Das Gerät muss stabil und standsicher aufgestellt werden.
- Alle Schraubverbindungen müssen sicher angezogen sein.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen betrieben werden.
- Das Gerät darf nur innerhalb von Gebäuden betrieben werden, die mit entsprechender Ausrüstung für Laboratorien (zum Beispiel mit Laborabzug) ausgestattet sind.
- Betreiben Sie das Gerät (abhängig von den verwendeten Stoffen) nur unter einem geschlossenen belüfteten Abzug (siehe DIN EN 14175 und DIN 12924).
- Das Gerät darf nur innerhalb von geschlossenen Räumen und unter folgenden Umgebungsbedingungen betrieben werden:

Umgebungstemperatur	5 - 31 °C bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
	32 - 40 °C linear abnehmend bis maximal 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Aufstellhöhe	0 - 2.000 m über NN
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungs-Kategorie	II

- Wird das Gerät in korrosiven Atmosphären verwendet, sinkt die Lebensdauer des Gerätes abhängig von Konzentration Dauer und Häufigkeit der korrosiven Umgebung.

Änderungen am Gerät

- Das Gerät darf nicht eigenmächtig umgebaut oder verändert werden.
- Bauen Sie keine Teile an oder ein, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen führen dazu, dass die EG-Konformitätserklärung des Gerätes erlischt und das Gerät nicht mehr weiter betrieben werden darf.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, Gefahren oder Verletzungen, die durch eigenmächtige Umbauten und Veränderungen oder durch Nichtbeachtung der Vorschriften in dieser Anleitung entstehen.



Sicherheit des Personals

- Stellen Sie sicher, dass nur qualifiziertes Fachpersonal das Gerät bedient.
- Beachten Sie zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden folgende Vorschriften:
 - Labor-Richtlinie
 - Unfallverhütungs-Vorschriften
 - Gefahrstoff-Verordnung
 - Sonstige allgemein anerkannte Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin
 - Örtliche Bestimmungen

➤ Sicherheit während der Benutzung

- Tragen Sie passende Schutzkleidung, wenn Sie an dem Gerät arbeiten (Augenschutz und gegebenenfalls Schutzhandschuhe).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt. Es verfügt über keinen Ex- oder ATEX-Schutz.
- Arbeiten Sie in der Umgebung des Gerätes nicht mit offener Flamme (Explosionsgefahr).
- Betreiben oder montieren Sie in der Nähe keine Geräte, welche Emissions- oder Strahlungsquellen (elektromagnetische Wellen) für den Frequenzbereich ($3 \cdot 10^{11}$ Hz bis $3 \cdot 10^{15}$ Hz) sind.
- Betreiben oder montieren Sie in der Nähe keine Geräte, welche Emissions- oder Strahlungsquellen für ionisierende Wellen oder im Ultraschallbereich sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn adiabatische Kompression oder Stoßwellen auftreten können (Druckwellenzündung).
- Verwenden Sie keine Stoffe, bei welchen der Energieeintrag durch Mischen Gefahren birgt.
- Verwenden Sie nur Rührwerkzeuge, die von Heidolph Instruments zugelassen sind.
- Beheben Sie Fehler sofort.
- Schalten Sie das Gerät immer AUS, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigten Druck auf das Display.
- Verwenden Sie keine scheuernden Mittel zur Reinigung; nur mit angefeuchteten Tüchern abwischen.

➤ Entsorgung

- Prüfen Sie die Geräte-Komponenten auf Gefahrenstoffe und Lösemittel.
- Reinigen Sie alle Komponenten, bevor sie entsorgt werden.
- Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der nationalen gesetzlichen Vorschriften.




Geräteübersicht

Hei-TORQUE Value Gesamtansicht



Hei-TORQUE Value Display






Hei-TORQUE Precision Gesamtansicht



Hei-TORQUE Precision Display





➤ Gerät aufstellen



Achtung: **Rutschgefahr für das Gerät!**

Durch die Vibration im Betrieb kann das Gerät beginnen, über die Aufstellfläche zu wandern und heruntergleiten.

Die Aufstellfläche muss glatt, eben und sauber sein und sollte möglichst in Waage liegen.


Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf einer massiven glatten Fläche auf, die in Waage liegt.
- Reinigen Sie die Auflagefläche und die Füße des Stativs in regelmäßigen Abständen.

➤ Netzkabel anschließen / lösen

Netzkabel anschließen

Die Gerätekabelbuchse ist dreipolig und hat an der Unterseite einen gelben Clip, der einen sicheren Sitz des Steckers gewährleistet.



Netzkabel Clip Gerätekabelbuchse

- Stecken Sie die Gerätekabelbuchse mit dem gelben Clip nach unten an der Rückseite des Gerätes in die Gerätesteckdose.
- ✓ Die Gerätekabelbuchse ist sicher eingesteckt, wenn der gelbe Clip einrastet.
- Stecken Sie nun den Netzstecker in die Stromsteckdose.



Gerätesteckdose

Netzkabel lösen

- Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie dann den gelben Clip an der Gerätekabelbuchse, halten Sie ihn gedrückt und ziehen Sie gleichzeitig die Gerätekabelbuchse aus dem Gerät.



➤ Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
- ✓ Die EIN/AUS-Taste rastet ein.
- ✓ Das Display schaltet sich ein.
- ✓ Eine kurze Animation zum Einschalten des Rührwerks wird angezeigt.
- ✓ Das entsprechende Bedienfeld blinkt für ca. 2 Sekunden.

Hei-TORQUE Precision:

- ✓ Das Hauptmenü wird am Display angezeigt

Gerät ausschalten

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
- ✓ Das Display schaltet sich aus.



EIN/AUS-Taste




➤ Einstellungen vornehmen

Drehknopf

Hei-TORQUE Value

Über den Drehknopf wird die Rotationsgeschwindigkeit erhöht oder verringert.

- ➔ Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen.
- ✓ Der Wert erhöht sich.
- ➔ Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- ✓ Der Wert verringert sich.



Hei-TORQUE Precision

Über den Drehknopf werden alle Werte aufgerufen, verändert und abgespeichert.

- Zum Anwählen oder Wert verändern: Drehknopf drehen
- Zum Auswählen und Bestätigen: Drehknopf drücken
- ✓ Im Hauptmenü ist als Voreinstellung „Drehzahl“ angewählt und der Wert orangefarben markiert.
- ➔ Drehen Sie den Drehknopf nach rechts oder links, um die Drehzahl zu erhöhen oder zu verringern.
- ➔ Drücken Sie auf den Drehknopf, um die Drehzahleinstellung zu verlassen.
- ➔ Drehen Sie den Drehknopf innerhalb von 3 Sekunden im Uhrzeigersinn.
- ✓ Die Positionsanzeige springt links neben „Timer“.
- ➔ Drücken Sie auf den Drehknopf, um die Auswahl zu bestätigen.
- ✓ Die Anzeige des Soll-Wertes wechselt für ca. 2 Sekunden von weiß auf orange.
- ➔ Drehen Sie den Drehknopf nach rechts oder links, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern, solange der Wert orangefarben ist.
- ➔ Drücken Sie auf den Drehknopf, um den eingegebenen Wert zu bestätigen.
- ✓ Wenn Sie den eingegebenen Wert nicht bestätigen, wird er nach ca. 2 Sekunden automatisch gespeichert.



Werte lassen sich nur verändern, solange der Wert orangefarben markiert ist.



Der Ton des Drehknopfs kann im Menü „Einstellungen“ aus- und eingeschaltet werden. (Siehe Kapitel Inbetriebnahme, Hei-TORQUE Precision: „Zusatzfunktionen“, Abschnitt „Einstellungen“.)



Bedienfelder

Hei-TORQUE Value 400

Beim Hei-TORQUE Value 400 wird die Getriebestufe über ein berührungssensitives Bedienfeld eingestellt.

- Berühren Sie das Bedienfeld für die Getriebestufe.
- ✓ Im Display wechselt die Anzeige der Getriebestufe.



Hei-TORQUE Precision

Beim Hei-TORQUE Precision gibt es mehrere Bedienfelder, die berührungssensitiv sind.

Die Felder rufen jeweils die Funktionen auf, die im Display darüber angegeben sind.

- ✓ Im **Hauptmenü** sind 3 Bedienfelder berührungssensitiv.

Hei-TORQUE Precision 400

- ✓ Über dem 3. Bedienfeld wird „Stufe I“ angezeigt.



Beim Hei-TORQUE Precision 100 / 200


- ✓ Über dem 3. Bedienfeld wird „Graph“ angezeigt.

- Berühren Sie eines der Bedienfelder.
- ✓ Die darüber angegebene Funktion wird aufgerufen.



- ✓ In nebenstehendem Untermenü sind zwei Bedienfelder berührungssensitiv.




- Das Bedienfeld „Zurück“ (↩) bringt Sie zurück zum vorhergehenden Schritt.
- Das Bedienfeld „Hauptmenü“ (🏠) bringt Sie zurück zum Hauptmenü.





➤ Hei-TORQUE Precision: Zusatzfunktionen


Verwendete Symbole

Symbol	Benennung	Funktion
	Hauptmenü	Zurück zum Hauptmenü
	Zurück	Zurück zum vorherigen Menü
	Speichern	Speichern des Wertes oder der Einstellung
	Rampensprung	Rotationsgeschwindigkeit springt sofort auf die eingestellte Solldrehzahl
/	Rampensteigung	Rotationsgeschwindigkeit steigt oder sinkt allmählich auf die eingestellte Solldrehzahl
	Korrektur	Löschen der letzten Eingabe
	Entfernen	Löschen der Profil-Vorlage
	Dauerlauf	Wiederholung eines Profils aktivieren
	Aktivieren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfachlauf eines Profils aktivieren ▪ Eingabe aktivieren
	Deaktivieren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil deaktivieren ▪ Eingabe deaktivieren
	Profil aktiv	Profil aktiv: keine Änderungen von Zeit oder Rotation möglich
	Dauerlauf	Wiederholung aktiv: keine Änderungen von Zeit oder Rotation möglich
	Startzeit	Startzeit aktiv
	Drehrichtung	Drehrichtung rechts
	PC-Kontrolle	Nur bei angeschlossenem PC über die Schnittstelle (siehe separate Bedienungsanleitung)

Menü-Führung

Untermenü aufrufen

→ Berühren Sie das Bedienfeld „Menü“.



Bedienfeld Menü



- ✓ Im Display wird das erste Untermenü angezeigt.
- Drehen Sie den Drehknopf nach rechts oder links.
- ✓ Die Positionsanzeige springt neben einen der Menüpunkte.
- ✓ Der jeweils angewählte Menüpunkt wechselt von weiß auf orange.



- Drücken Sie auf den Drehknopf.
- ✓ Das angewählte Menü wird am Display angezeigt.



Untermenü verlassen

- Berühren Sie das Bedienfeld „Zurück“ .
- ✓ Im Display wird das vorhergehende Menü angezeigt.
- Berühren Sie das Bedienfeld „Hauptmenü“ .
- ✓ Sie kehren zurück zum Hauptmenü.





Einstellungen

Im Menü „Einstellungen“ nehmen Sie Grundeinstellungen für den täglichen Betrieb vor.


Sprache einstellen

- Rufen Sie das Untermenü „Einstellungen“ auf.
- Wählen Sie im Menüpunkt „Sprache“ Ihre gewünschte Sprache aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfs.



Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie den Menüpunkt „Zeit“ aus.
- Drücken Sie den Drehknopf, um die Uhrzeit zu ändern.
- Drehen Sie den Drehknopf, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie den Drehknopf, um die Einstellung zu beenden.
- Drücken Sie erneut den Drehknopf, um mit „OK“ zu bestätigen und damit die Einstellung zu speichern.





Ton einstellen

- Wählen Sie den Menüpunkt „Ton“ aus.
- Wählen Sie „Ton ein“ oder „Ton aus“.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfs.
- ✓ Zur Bestätigung wird Ihre Auswahl kurz angezeigt.



Drehrichtung einstellen (nur Hei-TORQUE Precision 100 und 200)

- Wählen Sie den Menüpunkt „Drehrichtung“ aus.
- Wählen Sie „Links“ oder „Rechts“.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfs.
- ✓ Zur Bestätigung wird Ihre Auswahl kurz angezeigt.
- ✓ Bei Drehrichtung „Rechts“ erscheint zusätzlich am oberen Display-Rand ein Drehrichtungs-Symbol .






Sicherheitseinstellungen



Passen Sie im Menü „Sicherheit“ Einstellungen entsprechend dem Charakter Ihrer Probe an, um für die persönliche Sicherheit des Bedienpersonals zu sorgen.

Anlaufgeschwindigkeit einstellen

Zu schnelle Anlaufgeschwindigkeiten können zum Verspritzen Ihrer Probe führen.

Ab Werk ist die Anlaufgeschwindigkeit auf „Mittel“ eingestellt.


- Wählen Sie den Menüpunkt „Sanftanlauf“ aus.
- ✓ Die derzeit aktive Einstellung ist durch ein Sternchen gekennzeichnet.
- Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfs.
- ✓ Sie erhalten zur Bestätigung Ihre Auswahl kurz angezeigt.
- Verlassen Sie das Menü „Sanftanlauf“ mit dem Bedienfeld „Zurück“ .





Drehzahl begrenzen

Manche Proben dürfen nur niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten ausgesetzt werden. Hier können Sie die Drehzahl gegen versehentliches Verstellen begrenzen.

Ab Werk ist die höchste mögliche Drehzahl eingestellt.

- Wählen Sie den Menüpunkt „Max. Drehzahl“ aus.
- Stellen Sie die gewünschte maximale Drehzahl (U/min) ein.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehknopfs.
- ✓ Sie erhalten kurz eine Bestätigung angezeigt.
- Verlassen Sie das Menü „Einstellungen“ mit dem Bedienfeld „Zurück“ .
- ✓ Unabhängig von der gewählten Getriebestufe kann die Drehzahl nicht höher eingestellt werden, als hier vorgegeben.





Drehmoment begrenzen

Empfindliche Rührwerkzeuge halten der Belastung evtl. nur bis zu einem bestimmten Drehmoment stand. Hier können Sie den Drehmoment entsprechend begrenzen.

- Wählen Sie den Menüpunkt „Max. Drehmoment“ aus.
- Bestätigen Sie „OFF“ bzw. den voreingestellten Wert durch Drücken des Drehknopfs.

- Stellen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten maximalen Drehmoment (Ncm) ein.
- Drücken Sie den Drehknopf, um die Einstellung zu beenden.
- Drücken Sie erneut den Drehknopf, um mit „OK“ zu bestätigen und damit die Einstellung zu speichern.

- ✓ Sie erhalten kurz eine Bestätigung angezeigt.
- ✓ Bei Überschreitung des Drehmoments schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Max. Drehm. [Ncm]

OFF

OK

Max. Drehm. [Ncm]

290.5

OK

Limit gespeichert!



Alle Sicherheitseinstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des Gerätes gespeichert.



Profil editieren

Hier können Sie bis zu 7 Prozessabläufe editieren und als Favoriten speichern.






Die Zeit für den jeweiligen Prozessschritt gibt immer die Dauer für diesen Schritt relativ zu Null an. D. h. die Zeit für den nächsten Schritt muss immer um mindestens 1 Min. höher liegen, als der vorherige Schritt; Ausnahme: Beendigung des Prozessablaufs.

Beispiel:

- 1. Schritt: Zeit = 00:02 Die Rotation steigt innerhalb von 2 Min. auf 200 U/min an.
Rotation = 200
Rampe = /
- 2. Schritt: Zeit = 00:03 Die Rotation steigt ab der 2. bis zur 3. Min. auf 400 U/min an.
Rotation = 400
Rampe = /
- 3. Schritt: Zeit = 01:00 Die Rotation behält ab der 3. bis zur 60. Min. die Geschwindigkeit von 400 U/min bei.
Rotation = 400
Rampe = |


- Rufen Sie das Untermenü auf.
- Wählen Sie den Menüpunkt „Profil edit.“.
- Drücken Sie auf den Drehknopf und geben Sie durch Drehen die gewünschte Zeit für die Dauer der Rotation ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehknopf und geben Sie durch Drehen die gewünschte Rotationsgeschwindigkeit ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehknopf.
- ✓ Das Rampensymbol wird orangefarben markiert.



Rampensymbol

- | : Die Rotationsgeschwindigkeit springt sofort auf die eingestellte Sollzahl und hält diese während der eingestellten Zeit.
- / : Die Rotationsgeschwindigkeit steigt bzw. sinkt allmählich innerhalb der angegebenen Zeit auf die eingestellte Sollzahl.




- Geben Sie durch Drehen nach rechts oder links die gewünschte Art der Rampe ein.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken des Drehknopfs.
- ✓ Die Positionsanzeige springt in die nächste Zeile.
- Geben Sie die nächste Rampe ein.






Profil speichern



Wenn Sie alle Prozessschritte eingegeben haben:

- Drehen Sie den Drehknopf nach links, bis das Speichersymbol  am unteren Display-Rand orangefarben markiert ist.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken des Drehknopfs.
- ✓ Sie erhalten einen alphanumerischen Block zur Eingabe des Namens für Ihren Favoriten.
- Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs einen Buchstaben oder eine Zahl aus.
- Bestätigen Sie das gewählte Zeichen durch Drücken des Drehknopfs.
- Löschen Sie versehentliche Eingaben durch das Löschsymbolsymbol .
- Speichern Sie den Namen durch Anwählen von „OK“.
- ✓ Sie erhalten kurz die Bestätigung „Daten gespeichert“.
- Verlassen Sie das Menü mit , um einen weiteren Favoriten einzugeben.



- ✓ Sie erhalten das zuletzt gespeicherten Profil als Vorlage angezeigt.
- Verändern Sie die angegebenen Werte und speichern Sie dann das Profil unter neuem Namen ab.

Wenn Sie für das nächsten Profil die **Getriebestufe wechseln** möchten:

- ✓ Das zuletzt gespeicherte Profil wird als Vorlage angezeigt.
- Wählen und bestätigen Sie das Papierkorbsymbol .
- ✓ Die zuletzt gespeicherten Prozessschritte werden aus der Vorlage entfernt und Sie erhalten ein freies Menü.
- Verlassen Sie das Menü über das Bedienfeld „Hauptmenü“ .
- Wählen Sie im Hauptmenü eine andere Getriebestufe.
- Kehren Sie zurück zum Menü „Profil edit.“.
- ✓ Sie können nun ein neues Profil mit geänderter Getriebestufe eingeben.



- Ein Profil lässt sich immer nur für eine Getriebestufe, also I **oder** II speichern.
- Die Getriebestufe für ein Profil muss im Hauptmenü gewählt werden.
- Wenn als Vorlage für ein neues Profil ein Profil mit Getriebestufe I (oder II) dient, kann das neue Profil nur auf Basis der Getriebestufe I (oder II) eingegeben werden.

Favoriten

Im Untermenü „Favoriten“ können Sie

- sich ein gespeichertes Profil ansehen
- ein bereits gespeichertes Profil als Vorlage für ein neues Profil aufrufen
- eine Profil-Vorlage löschen, um ein neues Profil zu editieren
- ein Profil starten.

- Rufen Sie im Untermenü den Menüpunkt „Favoriten“ auf.
- ✓ Wenn Sie unter „Profil edit.“ Profile abgespeichert haben, werden diese hier angezeigt.
- Wählen Sie einen Favoriten aus und bestätigen Sie die Auswahl.

- ✓ Sie erhalten die nebenstehende Auswahl.

Favoriten anzeigen

- Wählen Sie „Zeigen“.
- ✓ Das gespeicherte Profil wird angezeigt.




Favoriten als Vorlage auswählen


Wenn Sie ganz gezielt einen speziellen Favoriten als Vorlage für ein neues Profil auswählen möchten, gehen Sie nicht in das Menü „Profil edit.“, sondern in das Menü „Favoriten“. Hier können Sie über das Menü „Bearbeiten“ Ihren Favoriten unter neuem Namen abspeichern.



Inbetriebnahme

Favoriten bearbeiten



- Rufen Sie den Favoriten auf, den Sie anpassen möchten.
- Wählen Sie „Bearbeiten“.
- ✓ Sie erhalten das gespeicherte Profil zu Ihrem Favoriten angezeigt.
- Wählen Sie mit dem Positionsanzeiger die Zeile aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Drücken Sie auf den Drehknopf, um eine Zeile zum Bearbeiten freizugeben.
- Ändern Sie die gewünschten Werte.
- Speichern Sie Ihre Änderungen mit „Speichern“  unter einem neuen Namen ab.



Favoriten löschen

- Rufen Sie den Favoriten auf, den Sie löschen möchten.
- Wählen Sie „Loeschen“.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „Ja“.
- ✓ Der Favorit wird gelöscht.

Favoriten starten

- Rufen Sie den Favoriten auf, den Sie starten möchten.
- Wählen Sie das Symbol Einfach-Lauf  oder Dauer-Lauf  an.
- ✓ Das bzw. die entsprechenden Symbole erscheinen am oberen Display-Rand.
- Starten Sie den Favoriten über das Wischfeld.



Einen bereits gespeicherten Favoriten können Sie nicht nachträglich ändern. So wird eine versehentliche Änderung eines bewährten Profiles vermieden.

Wenn Sie ein Profil wirklich ändern möchten, rufen Sie es zum Bearbeiten auf, speichern Sie es unter neuem Namen ab und löschen Sie gegebenenfalls die vorherige Variante.



➤ Getriebestufe einstellen

Nur Hei-TORQUE Value 400 und Hei-TORQUE Precision 400

Um auch bei starken Viskositätsschwankungen die Drehzahl stabil zu halten, lassen sich 2 Getriebestufen einstellen.

Drehzahlbereich:


- Getriebestufe I : 10 U/min – 400 U/min
- Getriebestufe II : 20 U/min – 2.000 U/min




Die Getriebestufe lässt sich nur umschalten, wenn das Gerät stillsteht.

- ✓ Die Rotation ist ausgeschaltet.
- Berühren Sie das Bedienfeld für die Getriebestufe.
- ✓ Im Display wird die eingestellte Getriebestufe angezeigt.
- ✓ Der Drehzahlbereich wird automatisch auf den untersten möglichen Wert angepasst.

Hei-TORQUE
Value 400



Hei-TORQUE
Precision 400



Bedienfeld Getriebestufe



Hei-TORQUE Precision 400

Wenn Sie einen Prozessablauf über einen Favoriten aufrufen, wird die Getriebestufe automatisch eingestellt.



Hei-TORQUE Precision 400

Wenn Sie mehrere Favoriten hintereinander abspeichern, merkt sich die Software das zuletzt gespeicherte Profil und die zugehörige Getriebestufe.

Bevor Sie einen neuen Favoriten mit einer anderen Getriebestufe speichern, müssen Sie das Profil im Menü „Profil edit.“ löschen.



➤ Drehzahl einstellen

Drehzahlbereich und Drehzahleinstellung


Der Überkopfrührer dreht sich im Uhrzeigersinn. Der einstellbare Drehzahlbereich liegt zwischen 10 U/min - 2.000 U/min. (Details finden Sie im „Anhang“ unter „Technische Daten“.)



Stellen Sie die maximale Drehzahl in Abhängigkeit vom Rührwerkzeug ein (siehe Kapitel „Technische Daten“).

Hei-TORQUE Value: Drehzahl einstellen

- Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn.
- ✓ Die Drehzahl erhöht sich.
- ✓ Die aktuelle Drehzahl ist am Display unter der Soll-Drehzahl ablesbar.
- Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.
- ✓ Die Drehzahl verringert sich.



Drehzahl erhöhen

Drehzahl verringern

Sie können die Drehzahl jederzeit im laufenden Betrieb mit dem Drehknopf nach oben oder unten anpassen.

Hei-TORQUE Precision: Drehzahl einstellen

- ✓ Sie befinden sich im Hauptmenü.
- ✓ Die Positionsanzeige steht links neben „Drehzahl“.
- Drehen Sie den Drehknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Drehzahl zu erhöhen oder zu verringern.



Im Hauptmenü können Sie die Drehzahl im laufenden Betrieb mit dem Drehknopf nach oben oder unten anpassen.



Die Rotationsgeschwindigkeit lässt sich nicht anpassen, wenn Sie über einen Ihrer Favoriten ein Profil aktiviert haben 📄.



➤ Rotation ein-/ausschalten



Warnung: Verletzungsgefahr!

Zersplitternde Rührgefäße können durch splitternde Teile und austretende Flüssigkeiten zu erheblichen Verletzungen führen.

- Tragen Sie in der Nähe des Laborrührers immer Schutzkleidung, wenn dieser in Betrieb ist.
- Arbeiten Sie niemals mit Rührwerkzeugen, die eine Unwucht aufweisen.
- Arbeiten Sie niemals mit dem Laborrührer, wenn das Spannfutter eine Unwucht aufweist.
- Wählen Sie den Durchmesser ihres Rührgefäßes so, dass das Rührwerkzeug sich jederzeit ohne Berührung des Gefäßes frei drehen kann.



Warnung: Verletzungsgefahr! Einzugsgefahr!

Rotierende Teile können Verletzungen beim Benutzer verursachen, wenn sie mit dessen Haaren, Kleidung oder Schmuck in Kontakt kommen bzw. diese einziehen.

- Greifen Sie niemals an sich drehende Teile.
- Tragen Sie keine Kleidungsstücke, die von rotierenden Teilen erfasst werden können, z. B. lose Gürtel oder Krawatten.
- Tragen Sie keine längeren Ketten oder Armbänder.
- Tragen Sie bei längeren Haaren eine Kopfbedeckung, die das Haar zusammenhält.



Warnung: Vergiftungsgefahr! Verletzungsgefahr!

Abhängig von Ihren Proben kann es beim Rühren zu chemischen Reaktionen und zur Freisetzung von Gasen kommen.

Betreiben Sie das Gerät gegebenenfalls unter einem geschlossenen, belüfteten Abzug.

Warnung: Verletzungsgefahr!

Zu hohe Drehzahlen beim Einschalten können Spritzer verursachen, die je nach Beschaffenheit der Probe zu Verletzungen führen können.

Wählen Sie zunächst eine niedrige Drehzahl und erhöhen Sie diese gegebenenfalls schrittweise.

Nur Hei-TORQUE Precision

Wählen Sie unter „Sanftanlauf“ zunächst die Stufe „Langsam“. Wählen Sie nur nach einem Test Ihrer Probe die Stufen „Mittel“ oder „Schnell“. (Siehe Kapitel „Inbetriebnahme, Hei-TORQUE Precision Zusatzfunktionen“, Abschnitt „Sicherheitseinstellungen“)



Nur Hei-TORQUE Precision:



Begrenzen Sie die Drehzahl und/oder den Drehmoment, wenn Sie mit empfindlichen Proben arbeiten oder mit Rührorganen, die einer hohen Drehmomentbelastung nicht standhalten.

(Siehe Kapitel „Inbetriebnahme, Hei-TORQUE Precision Zusatzfunktionen“, Abschnitt „Sicherheitseinstellungen“)





Bedienung

Rotation einschalten

- Wischen Sie mit einem Finger von links  nach rechts  über das Bedienfeld.
- ✓ Das Rührwerkzeug beginnt zu rotieren.
- ✓ Die Rotationsgeschwindigkeit steigt innerhalb kürzester Zeit auf die eingestellte Soll-Drehzahl.




Rotation ausschalten

- Wischen Sie mit einem Finger von rechts  nach links  über das Bedienfeld.
- ✓ Die Rotation wird angehalten.



Hei-TORQUE Precision

Über das Wischfeld beenden Sie die Rotation auch, wenn Sie über einen Ihrer Favoriten ein Profil aktiviert haben .




➤ **Rotation Hei-TORQUE Precision: Zusatzfunktionen**

Sicherheitseinstellungen

- ✓ Sie haben die Anlaufgeschwindigkeit der Rotation der Viskosität Ihrer Probe angepasst.
- ✓ Sie haben gegebenenfalls die Drehzahl begrenzt.
- ✓ Sie haben gegebenenfalls das Drehmoment begrenzt.
(Siehe Kapitel „Inbetriebnahme, Sicherheitseinstellungen“)



Rotationsdauer einstellen

- Die einstellbare Dauer reicht von 1 Minute bis 24 Stunden.
- Der Ablauf der Zeit wird bis auf die Sekunde genau angezeigt.
- ➔ Wählen Sie „Timer“ an.
- ➔ Drücken Sie auf den Drehknopf.
- ➔ Stellen Sie die Rotationsdauer ein, solange der Wert orange markiert ist.
- ➔ Starten Sie die Rotation über das Wischfeld.
- ✓ Am oberen Displayrand erscheint das Uhrsymbol .
- ✓ Die Anzeige unterhalb der eingestellten Dauer zeigt Ihnen die noch verbleibende Dauer an.
- ✓ Trotz eingestellter Dauer kann die Rotation jederzeit über das Wischfeld beendet werden.






Rotation über Favoriten starten

Sie haben zwei Möglichkeiten, einen gespeicherten Prozess zu starten:





- **Einfach-Lauf** 
 - Der Prozess läuft anhand Ihrer eingegebenen Zeiten einmal durch.
 - Nach dem Durchlauf wird die Rotation automatisch gestoppt.
 - Das Prozesssymbol erscheint am oberen Display-Rand.
- **Dauer-Lauf** 
 - Der Prozess läuft bis zum Ende durch.
 - Nach dem Durchlauf wird der gesamte Prozess wiederholt.
 - Die Wiederholung läuft solange weiter, bis der Prozess manuell abgeschaltet wird.



Einfach-Lauf

- Rufen Sie den Favoriten auf, den Sie aktivieren möchten.
- Wählen Sie „Bearbeiten“.
- ✓ Das hinterlegte Profil wird angezeigt.
- Wählen Sie über den Drehknopf den Einfach-Lauf .
- ✓ Am oberen Display-Rand erscheint das Symbol  für „Profil aktiv“.
- Kehren Sie zurück zum Hauptmenü.
- Starten Sie das Profil über das Wischfeld.
- ✓ Das Profil wird gestartet und nach einem Durchlauf angehalten.
- Beenden Sie das Profil im Menü „Favoriten“, „Bearbeiten“, indem Sie es deaktivieren .
- ✓ Das Symbol für „Profil aktiv“ erlischt.

Dauer-Lauf

- Rufen Sie den Favoriten auf, den Sie aktivieren möchten.
- Wählen Sie „Bearbeiten“.
- ✓ Das hinterlegte Profil wird angezeigt.
- Wählen Sie über den Drehknopf den Dauer-Lauf .
- ✓ Am oberen Display-Rand erscheint das Symbol  für „Profil aktiv“ und das Symbol für Dauer-Lauf .
- Kehren Sie zurück zum Hauptmenü.
- Starten Sie das Profil über das Wischfeld.
- ✓ Das Profil wird gestartet und nach Durchlauf erneut gestartet.
- ✓ Halten Sie den Dauer-Lauf über das Wischfeld an.
- Beenden Sie das Profil im Menü „Favoriten“, „Bearbeiten“, indem Sie es deaktivieren .





Startzeit für Rotation festlegen


Sie können eine Startzeit festlegen:

- für einen Ihrer Favoriten
- für eine Einstellung, die Sie direkt im Hauptmenü vorgenommen haben unter Berücksichtigung der dort evtl. eingestellten Dauer



Die Startzeit wird als tatsächliche Uhrzeit interpretiert. Wichtig für einen pünktlichen Start ist daher die korrekte Einstellung der Uhr.

- Aktivieren Sie das Profil für einen Ihrer Favoriten oder nehmen Sie Ihre Einstellungen im Hauptmenü vor.
- Rufen Sie im Untermenü den Menüpunkt „Startzeit“ auf.
- Drücken Sie den Drehknopf, um die Zeit bearbeiten zu können.
- Stellen Sie mit dem Drehknopf die Uhrzeit ein, zu welcher ein Prozess starten soll.
- Drücken Sie den Drehknopf, um die eingestellte Startzeit zu bestätigen.



- Aktivieren Sie die eingestellte Startzeit mit „Aktivieren“



Die Startzeit bleibt solange aktiviert, bis Sie wieder deaktiviert wird.

- ✓ Am oberen linken Bildschirmrand beginnt das Symbol Uhr zu blinken.
- ✓ 30 Sekunden vor Beginn der automatischen Startzeit beginnt das gesamte Display zu blinken.
- Deaktivieren Sie die eingestellte Startzeit mit „Deaktivieren“



Warnung: **Automatischer Anlauf! Verletzungsgefahr! Einzugsgefahr!**

Rotierende Teile können Haare, Kleidung, Schmuck oder ähnliches einziehen und zu erheblichen Verletzungen führen.

- Halten Sie offenes Haar, Schmuck oder Kleidung fern von rotierenden Teilen.
- Befestigen Sie das Warnsymbol am Ende dieser Bedienungsanleitung in der Nähe des Rührers, bevor eine Startzeit aktiviert wird. Jeder Mitarbeiter muss sich der potentiellen Verletzungsgefahr bewusst sein.
- Sobald das Display anfängt zu blinken, halten Sie unbedingt genügend Abstand zu dem Gerät, so dass keinerlei Berührung mit rotierenden Teilen entstehen kann.
- Deaktivieren Sie die Startzeit, sobald das Profil abgelaufen ist und nicht wiederholt werden soll.

- ✓ Die Rotation startet zur angegebenen Uhrzeit.



Verlaufsgrafik anzeigen

Wenn Sie den Rampenverlauf kontrollieren möchten - vor allem bei Proben mit großer Viskosität und bei gespeicherten Profilen - können Sie sich die Rampen im laufenden Prozess anhand einer grafischen Kurve anzeigen lassen.






Die Grafik kann nur angezeigt werden, solange die Rotation läuft.

Hei-TORQUE Precision 100 / 200

- ✓ Sie haben einen Rührvorgang gestartet.
- Wählen Sie das Menü „Graph“.

Hei-TORQUE Precision 400

- ✓ Sie haben einen Rührvorgang gestartet.
 - Rufen Sie das Untermenü auf.
 - Wählen Sie den Menüpunkt „Graph“.
-
- ✓ Sie erhalten eine grafische Darstellung des aktuell laufenden Profils.
 - ✓ Die Anzeige zeigt den Verlauf der ca. letzten 3,5 Minuten.





Drehmoment kalibrieren

Die Geräte sind ab Werk kalibriert. Diese Kalibrierung kann jedoch nicht die individuellen Umgebungsbedingungen vor Ort widerspiegeln. Wenn eine möglichst exakte Drehmomentanzeige für Ihre Prozesse wichtig ist, sollten Sie das Drehmoment selbst kalibrieren.

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Drehmoment zu kalibrieren:

- Relativen Nullpunkt definieren: Diesen messen Sie innerhalb Ihrer Probe, d. h., der Nullpunkt des Drehmoments wird durch den Widerstand in Ihrer Probe definiert.
- Absoluten Nullpunkt definieren: Diesen messen Sie außerhalb Ihrer Probe, d. h., der Nullpunkt des Drehmoments wird ohne den Widerstand Ihrer Probe definiert.



Kalibrieren Sie das Drehmoment erst, wenn das Gerät bereits ca. 15 - 30 Minuten warmgelaufen ist. In kaltem Zustand verfälscht der temperaturabhängige Widerstand des Getriebes das Drehmoment.

- ✓ Der Rührvorgang läuft bereits seit 15 - 30 Minuten.
- Berühren Sie im Hauptmenü das Bedienfeld „Kal“.
- ✓ Sie erhalten die Meldung „Drehmoment kalibriert“.
- ✓ Im Display blinkt „MEM“ solange, bis die Kalibrierung auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird.
- ✓ Beim relativen Nullpunkt geht die Drehmoment-Anzeige im Laufe des Rührvorgangs in den Minus- oder Plusbereich, je nach Viskositäts-Veränderung Ihrer Probe ab Zeitpunkt der Kalibrierung.
- ✓ Beim absoluten Nullpunkt wird, je nach Widerstand der Probe, das absolute Drehmoment in der Regel im Plusbereich angezeigt.

Kal

Menü

Stufe I

Drehmoment

- 10.5 Ncm
MEM



Die Kalibrierung gilt immer nur für die gewählte Rotationsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Sobald diese verändert wird, verändert sich das Drehmoment, und das Gerät muss gegebenenfalls neu kalibriert werden.

Für ein Profil mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das über Favoriten ausgewählt wurde, ist eine Kalibrierung daher nicht gültig.

Kalibrierung zurücksetzen

- Beenden Sie die Rotation.
- Berühren Sie im Hauptmenü das Bedienfeld „Kal“.
- ✓ Die Kalibrierung wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.



Sobald Sie das Gerät ausschalten, wird die Kalibrierung automatisch auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.



➤ Schnellspannfutter Quick-Chuck

Rührwerkzeuge einspannen und entfernen



**Warnung:
Verletzungsgefahr!**

Wenn das Gerät beim Öffnen oder Schließen des Schnellspannfutters eingeschaltet ist, kann durch versehentliches Berühren des Bedienfeldes die Rotation gestartet werden und Sie können sich Verletzungen zuziehen.

Öffnen und schließen Sie das Schnellspannfutter nur bei ausgeschaltetem Gerät.

Rührwerkzeug entfernen

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Halten Sie das bereits eingespannte Rührwerkzeug mit einer Hand fest.
- Drehen Sie den Sicherheitsring um 90° im Uhrzeigersinn:



- ✓ Der Sicherheitsring ist geöffnet.



- Ziehen Sie den Sicherheitsring bis zum Anschlag nach unten.
- Drehen Sie das Schnellspannfutter gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen.
- ✓ Das Schnellspannfutter ist maximal geöffnet, sobald der erste leichte Widerstand spürbar ist.
- Entnehmen Sie Ihr Rührwerkzeug.





Rührwerkzeug einspannen



Warnung: Verletzungsgefahr!

Wenn das Schnellspannfutter nicht richtig geschlossen ist, kann sich das Rührwerkzeug bei der Rotation lösen und zu Verletzungen führen.

Ziehen Sie das Schnellspannfutter sicher fest. Kontrollieren Sie bei längerem Betrieb zwischendurch im ausgeschalteten Zustand den festen Sitz des Rührwerkzeugs.

- Führen Sie das Rührwerkzeug von unten in das Schnellspannfutter ein, bis es die richtige Höhe erreicht hat.
- Halten Sie das Rührwerkzeug möglichst zentriert in dieser Position und schließen Sie das Schnellspannfutter im Uhrzeigersinn vorsichtig, bis es auf den Widerstand des neuen Rührwerkzeugs trifft.
- Richten Sie das Rührwerkzeug mittig im Schnellspannfutter aus und schließen Sie es im Uhrzeigersinn bis es hörbar dreimal einrastet.



Warnung: Verletzungsgefahr! Gerätebeschädigung:

Eine schlechte Zentrierung kann zum Aufschaukeln von Vibrationen und zu Instabilität und damit zu Verletzungen führen.

Ein nicht korrekt montiertes Rührwerkzeug kann zu einer dauerhaften Beschädigung durch Unwucht am Laborrührer oder am Rührwerkzeug führen.

Zentrieren Sie das Rührwerkzeug sorgfältig, bevor Sie das Schnellspannfutter festziehen.

- Schieben Sie den Sicherheitsring bis zum Anschlag nach oben.



- Drehen Sie den Sicherheitsring bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
- ✓ Das Rührwerkzeug ist sicher montiert.





➤ Schnittstellen

Nur Hei-TORQUE Precision

Sie können das Gerät an einen PC anschließen. An der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei serielle Schnittstellen.


Folgende Schnittstellen stehen zur Verfügung:

- USB-Anschluss, Micro Typ AB
- RS 232-Anschluss, SUB D9

Je nach Bedarf können Sie das Gerät entweder über die USB-Schnittstelle oder über die RS 232-Schnittstelle an einen PC anschließen.

Über mehrere Schnittstellen am PC können Sie bis zu vier Laborrührer von einem PC ansteuern.

→ Schließen Sie die Staubkappe über der Schnittstelle, wenn diese nicht in Betrieb ist.



Software

Zu Installation und Bedienung der Software lesen Sie bitte die separate Bedienungsanleitung.

Schnittstelle anschließen und verbinden

RS 232-Schnittstelle

Wenn Sie ein Schnittstellenkabel benutzen, das Sie nicht von Heidolph bezogen haben (optionales Zubehör), achten Sie auf die korrekte Belegung. Bei der RS 232-Schnittstelle dürfen die Leitungen nur so verbunden werden, wie in der Grafik aufgezeigt:


Stecker SUB-D9

Buchse SUB-D9




Pinanordnung


**Buchse SUB-D9
Geräte-Anschluss**



**Stecker SUB-D9
Kabel an Gerät**



**Buchse SUB-D9
Kabel an PC**







USB-Schnittstelle

Für die Hei-TORQUE USB-Schnittstelle muss ein zusätzlicher Treiber auf dem PC installiert werden. Der Treiber simuliert an der USB-Schnittstelle eine Com-Schnittstelle.

Den Treiber finden Sie auf dem mitgelieferten USB-Stick.

- Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle Ihres PCs .
- ✓ Sie erhalten nebenstehende Ordner und Dateien auf dem Wechseldatenträger angezeigt.
- Öffnen Sie den Ordner „usb driver“.
- Doppelklicken Sie auf die Datei „CDM v2.12.06 WHQL Certified“.

- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
- Übernehmen Sie den Speicherort für den USB-Treiber mit „Weiter >“
- ✓ Der Treiber wird im üblichen Ordner für Windowstreiber abgelegt.
- Beenden Sie die Installation mit „Fertigstellen“.





Schnittstellen anschließen



Das mitgelieferte USB-Schnittstellenkabel hat eine Länge von 1 m. Wir empfehlen, diese Länge nicht zu überschreiten. Ein längeres Kabel könnte zu Übertragungsfehlern führen.

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Stecken Sie den Stecker in die Buchse am Gerät.
- Stecken Sie das andere Ende in die Schnittstelle an Ihrem PC.



Warnung: **Automatischer Anlauf! Verletzungsgefahr! Einzugsgefahr!**

Rotierende Teile können Haare, Kleidung, Schmuck oder ähnliches einziehen und zu erheblichen Verletzungen führen.

- Halten Sie offenes Haar, Schmuck oder Kleidung fern von rotierenden Teilen.
- Befestigen Sie das **Warnzeichen** am Ende dieser Bedienungsanleitung (**Seite 101-102**) in der Nähe des Rührers, bevor der Laborrührer über einen PC ferngesteuert wird. Jeder Mitarbeiter muss sich der potentiellen Verletzungsgefahr bewusst sein.
- Halten Sie unbedingt genügend Abstand zu dem Gerät, so dass keinerlei Berührung mit rotierenden Teilen möglich ist.

Schnittstellen verbinden

- ✓ Der PC ist eingeschaltet.
- Schalten Sie den Laborrührer ein.
- Starten Sie die Rotation am PC.
- ✓ Die Kommunikations-Verbindung zwischen PC und Laborrührer ist hergestellt.
- ✓ Der Laborrührer ist in den Remote-Betrieb umgeschaltet.
- ✓ Alle Befehle zum Betrieb können jetzt ausschließlich vom PC aus erfolgen.
- ✓ Nur das Wischfeld ist noch aktiv, um einen Rotationsvorgang beenden zu können.
- ✓ Mit der EIN/AUS-Taste kann das Gerät jederzeit ausgeschaltet werden.



Schnittstellenbefehle

*Befehl zum Rührer	Rückmeldung vom Rührer	Bedeutung
r\r\n	RPM: xxxx\r\n	Istwert Drehzahl anzeigen (U/min)
s\r\n	SET: xxxx\r\n	Sollwert Drehzahl anzeigen (U/min)
m\r\n	NCM: xxxx\r\n	Drehmoment anzeigen (Nmm)
f\r\n	FLT: No Error!\r\n	Kein Fehler
	FLT: Motor Error!\r\n	Motor Fehler
	FLT: Motor Temperature!\r\n	Motorüberhitzung, Gerät neu starten
	FLT: Stopped Manually!\r\n	Rührer manuell gestoppt
	FLT: overload!\r\n	Motor überlastet
T\r\n	HT:100P\r\n	Hei-TORQUE 100 Precision verbunden
	HT:200P\r\n	Hei-TORQUE 200 Precision verbunden
	HT:400P\r\n	Hei-TORQUE 400 Precision verbunden
Rxxxx\r\n	Rxxxx\r\nSET:xxxx\r\n	Soll-Drehzahl xxxx (U/min) ausführen
R0000\r\n	R0000\r\nSet\:0\r\n	Rührer stoppen, Soll-Drehzahl bleibt erhalten
A\r\n	A direction\r\n	Getriebestufe II einschalten
	B direction\r\n	
B\r\n	A direction\r\n	Getriebestufe I einschalten
	B direction\r\n	
C\r\n	Clear Error\r\n	Fehlerstatus „overload“ löschen
D\r\n	Direct control\r\n	Verbindung ausschalten: ✓ Der Remote-Betrieb wird ausgeschaltet ✓ Das Gerät ist wieder manuell bedienbar
N\r\n	Null reference\r\n	Ist-Wert Drehmoment auf Null setzen: ✓ Drehmoment wird kalibriert
F\r\n	F\r\n	Verbindung zwischen PC und Rührer prüfen (Nach 60 Sekunden ohne Befehlseingabe wird der Rührer ausgeschaltet)
M\r\n	M\r\n	Gerät identifizieren: ✓ Display des angesprochenen Gerätes beginnt zu blinken
t\r\n	TMP: xxx\r\n	Temperatur anzeigen
z\r\n	zSET: xxxx\r\nzACT: hhmmss\r\n	Eingestellte Rotationsdauer und verbleibende Restzeit anzeigen

***Schnittstellenparameter RS 232:** 9600 Baud, No Parity, 8 Bit, 1 Stopbit



- Befehle nicht im Paket schicken, Pause dazwischen mindestens 0,1 Sekunden
- Die Befehle M, F, T und z funktionieren nicht beim Laborrührer RZR.
- xxxx steht für eine ein- bis vierstellige Zahl
- \r\n kann in der Antwort mehrfach hintereinander auftauchen



➤ Reinigung

Zur Reinigung können Sie das Schnellspannfutter und die Oberfläche des Gerätes mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit milder Seifenlauge abwischen.



Vorsicht: Oberflächenbeschädigung

Die Oberflächen können durch unsachgemäße Reinigung beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall:

- Chlorbleiche oder auf Chlorbasis aufbauende Putzmittel
- Ammoniak
- abrasive Reinigungsmittel wie Putzwolle, Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit metallischen Bestandteilen

Schnellspannfutter reinigen



Warnung: Verletzungsgefahr!

Ein stark verschmutztes Schnellspannfutter lässt sich evtl. nicht mehr richtig schließen. Das Rührwerkzeug kann sich bei der Rotation lösen und zu schweren Verletzungen führen.

Kontrollieren Sie bei längerem Betrieb im ausgeschalteten Zustand zwischendurch die Sauberkeit des Schnellspannfutters. Reinigen Sie das Schnellspannfutter bei starker Verschmutzung.


Zur leichteren Reinigung können Sie das Schnellspannfutter demontieren (siehe Kapitel „Montage, Schnellspannfutter“).

Drehknopf reinigen

Zur leichteren Reinigung können Sie den Drehknopf abziehen.

- ➔ Ziehen Sie am Drehknopf, um ihn von der Bedienkonsole abzunehmen.
- ➔ Schieben Sie den Bedienknopf auf die Halterung, um ihn anzubringen.

Drehknopf
montiert



Halterung
Drehknopf



➤ Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Eine eventuell notwendige Reparatur ist unbedingt durch einen von Heidolph Instruments autorisierten Fachmann auszuführen.

Wenden Sie sich hierzu an Heidolph Instruments oder an Ihren autorisierten Heidolph Instruments Händler.

➤ Störungen und deren Beseitigung

Schnellspannfutter

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Schnellspannfutter lässt sich nicht schließen	Schnellspannfutter wurde mit zu viel Kraft geöffnet und überdreht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schnellspannfutter mit gleichem Kraftaufwand in Schließrichtung drehen, bis mehrere Klicks hörbar sind ▪ Schnellspannfutter vorsichtig in Gegenrichtung drehen, bis nach einem oder mehreren Klicks wieder ein Widerstand spürbar wird ▪ Schnellspannfutter erneut schließen <p>Die Überdrehung ist aufgehoben, wenn beim Schließen keine Klickgeräusche mehr hörbar sind.</p>

Hei-TORQUE Value

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Behebung
Fehler: Ueberlast	Motor oder Netzteil überlastet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehmoment zu hoch ▪ Rührflügel blockiert 	Rotation stoppt automatisch: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blockade-Ursache beheben, ▪ Rotation wieder einschalten
Motor ueberhitzt (Neustart erst nach Abkühlung)	Motor zu heiß: Überhitzungsschutz hat angesprochen	Gerät wird automatisch abgeschaltet: Nach Abkühlung des Motors Gerät wieder einschalten

Fehler am Gerät	Mögliche Ursache	Behebung
Display bleibt nach dem Einschalten dunkel	Keine Stromversorgung	Korrekten Sitz des Netzsteckers am Hausanschluss und am Gerät überprüfen

Hei-TORQUE Precision

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Behebung
Fehler: Ueberlast	Motor oder Netzteil überlastet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehmoment zu hoch ▪ Rührflügel blockiert 	Rotation stoppt automatisch: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blockade-Ursache beheben, ▪ Rotation wieder einschalten
Motor ueberhitzt (Neustart erst nach Abkühlung)	Motor zu heiß: Überhitzungsschutz hat angesprochen	Gerät wird automatisch abgeschaltet: Nach Abkühlung des Motors Gerät wieder einschalten

Fehlerbehandlung

Nicht im laufenden Betrieb ändern!	Versuch, im laufenden Betrieb unzulässige Änderungen vorzunehmen	Prozess beenden, Änderungen vornehmen
Favorit ... existiert bereits!	Der Name ist bereits vergeben	Anderen Namen für den Favoriten wählen
Keine Daten vorhanden!	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei Profil aktivieren: Profildaten wurden vor dem Aktivieren gelöscht oder sind noch nicht eingegeben ▪ Bei Profil speichern: Keine Profildaten eingegeben 	Profildaten eingeben
Sicherheitsring nicht fixiert	Sicherheitsring nicht korrekt geschlossen	Spannfutter überprüfen, Sicherheitsring schließen (siehe Kapitel „Bedienung, Rührwerkzeug einspannen“)
Alle Speicherplätze belegt!	Die maximale Anzahl an Favoriten ist erreicht	Nicht mehr benötigte Favoriten löschen
Fehler am Gerät	Mögliche Ursache	Behebung
Display bleibt nach dem Einschalten dunkel	Keine Stromversorgung	Korrekten Sitz des Netzsteckers am Hausanschluss und am Gerät überprüfen
	Elektronik defekt	Lokalen Händler vor Ort kontaktieren
Rotation lässt sich nicht starten	Symbol  am oberen Display-Rand: Profil mit Pause aktiv	Im Menü „Profile“ den Prozess deaktivieren
	Leiterplatte defekt	Lokalen Händler vor Ort kontaktieren



Beim Öffnen mit großem Kraftaufwand kann das Schnellspannfutter überdehnt werden.

Schließen Sie das Schnellspannfutter in diesem Fall mit gleichem Kraftaufwand, bis mehrere Klicks hörbar sind. Öffnen Sie es kurz in entgegengesetzter Richtung und schließen Sie das Schnellspannfutter erneut

Sollte eine Störung auftreten, die Sie mit den oben genannten Hinweisen nicht beseitigen können, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren autorisierten Heidelph Fachhändler.



Elektrischer Anschluss

Reparaturen am Gerät dürfen **nur von einem qualifizierten Elektrofachmann** durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an Ihren Fachhändler.



Warnung: **Stromschlag-Gefahr**

Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.


Geräte- und Netzspannung müssen übereinstimmen. Das Typschild auf der Rückseite des Gerätes gibt die Gerätespannung an (siehe Abbildung unten).

Bei Lieferung wird das Gerät über das mitgelieferte Netzkabel geerdet. Beim Auswechseln des Originalsteckers muss am neuen Stecker zwingend der Schutzleiter angeschlossen werden!

Schnittstellen

Typschild

Gerätestecker



Farbcode für die Anschlussleitung:

Europa

GRÜN/GELB	PE: Schutzleiter (Erde)
BLAU	N: Nullleiter
BRAUN	P: Phase

Nordamerika

GRÜN	PE: Schutzleiter (Erde)
WEIß	N: Nullleiter
SCHWARZ	P: Phase

Das Gerät wird mit dem beigegefügteten Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen. Die Gerätesteckdose befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

Falls Sie das Gerät in einem Land mit anderem Stecker-System betreiben möchten:

- Der mitgelieferte Stecker darf nur durch einen qualifizierten Elektriker ausgewechselt werden.
- Wenn ein Adapter verwendet werden soll, muss dieser geerdet und unter den örtlichen Bestimmungen zugelassen sein.



➤ Haltestange und Schnellspannfutter

Haltestange montieren


Die Haltestange dient zur Aufhängung des Rührers z. B. an einem Stativ oder an einem Gitter.

Lieferumfang:

- Haltestange
- Inbusschlüssel


An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine Bohrung zur Aufnahme der Haltestange.

- ➔ Führen Sie die Haltestange mit der Einkerbung voran in die Bohrung an der Rückseite des Gerätes.
- ➔ Achten Sie darauf, dass die Einkerbung in der Haltestange vor der Inbusschraube im Gehäuse positioniert ist.
- ➔ Befestigen Sie die Haltestange mit Hilfe des beigelegten Inbusschlüssels.



Schnellspannfutter montieren und demontieren

- ➔ Entfernen Sie evtl. eingespanntes Rührwerkzeug.
- ➔ Schließen Sie das Schnellspannfutter und schieben Sie den Arretierung in die obere Position.
- ➔ Lockern Sie mit Hilfe des beigelegten Inbusschlüssels die Madenschraube im orangefarbenen Ring.
- ➔ Ziehen Sie das Schnellspannfutter nach unten ab.
- ➔ Achten Sie bei erneuter Montage darauf, dass die Madenschraube an der Vertiefung ausgerichtet ist.





➤ Rührwellenschutz

Rührwellenschutz befestigen (optionales Zubehör)

Zum Schutz vor Verletzungen an der rotierenden Welle kann am Laborrührer ein Rührwellenschutz befestigt werden (siehe Kapitel „Ersatzteile und Zubehör, Zubehör“).

Lieferumfang:

- 1 Halterung
- 2 Torxschrauben
- 1 Torxschlüssel
- 1 Rührwellenschutz
- 2 Rändelschrauben

→ Führen Sie die graue Halterung für den Rührwellenschutz von unten an das Gerät, so dass die Aussparung die EIN/AUS-Taste umfasst.


✓ Die beiden Führungshilfen sind in den Bohrungen rechts und links eingeführt und sorgen für den korrekten Sitz der Halterung.

→ Befestigen Sie die Halterung mit den beiden mitgelieferten Inbusschrauben mit Hilfe des Inbusschlüssels und ziehen Sie diese bis zum Anschlag fest.

→ Befestigen Sie nun die beiden Rändelschrauben mit zwei bis drei Umdrehungen in den Metallgewinden der Halterung.

→ Schieben Sie den Rührwellenschutz mit den Schlitzen über das Gewinde der Schrauben und drehen Sie ihn nach rechts zum Schlitzende.

→ Drehen Sie die beiden Rändelschrauben vorsichtig fest.



Rührwellenschutz entfernen

→ Lösen Sie die beiden Rändelschrauben mit ein bis zwei Umdrehungen.

→ Drehen Sie den Rührwellenschutz nach links und führen Sie ihn zur Entfernung nach unten.



➤ Abbau, Transport und Lagerung

Abbau



**Warnung:
Verletzungsgefahr!**

Solange das Gerät ans Netz angeschlossen ist, können Sie sich durch versehentliches Einschalten am Rührwerkzeug verletzen.

Ziehen Sie vor Abbau des Gerätes als erstes den Netzstecker.

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und vom Gerät.
- Entfernen Sie das Rührwerkzeug und gegebenenfalls den Rührwellenschutz.

Transport und Lagerung

- Lagern und transportieren Sie das Gerät und seine Teile nur, wenn sie geleert und gesäubert sind.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät und seine Teile in der Originalverpackung oder in einem anderen geeigneten Behälter, um Schäden zu verhindern.
- Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig gegen unbefugtes oder versehentliches Öffnen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort auf.



Unsachgemäße Handhabung bei Lagerung und Transport kann Schäden am Gerät und an der Mechanik des Gerätes verursachen.

Vermeiden Sie beim Transport des Gerätes Stöße und Erschütterungen.

➤ Lieferumfang

Komponente	Varianten	Menge	Bestellnummer
Hei-TORQUE	Value 100	1	501-61011-00
	Value 200	1	501-62011-00
	Value 400	1	501-64011-00
	Precision 100	1	501-61021-00
	Precision 200	1	501-62021-00
	Precision 400	1	501-64021-00
Haltestange		1	22-02-14-01-41
USB-Kabel für Hei-TORQUE Precision		1	14-007-040-61
Betriebsanleitung englisch / deutsch		1	01-005-005-55
Software Hei-Control		1	592-50100-00
Bedienungsanleitung Hei-Control englisch / deutsch		1	01-005-005-69
Garantieregistrierung / Unbedenklichkeitserklärung		1	01-006-002-78
EG-Konformitätserklärung		1	01-001-025-01
Netzanschlussleitung		1	länderabhängig

➤ Zubehör

Komponente	Menge	Bestellnummer
RS 232-Kabel für Hei-TORQUE Precision	1	14-007-040-72
Rührwellenschutz	1	509-08100-00
Verschiedene Stative und Rührwerkzeuge	1	siehe Gesamtkatalog

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder unter:

- www.heidolph.de



➤ Technische Daten

Hei-TORQUE

Betriebsspannung	100 - 240 V (50/60 Hz)
Schutzart (DIN EN 60529)	IP54
Antrieb	EC-Motor
Motorschutz	KTY-Temperaturüberwachung, selbstzurücksetzend
Überlast	Abschaltautomatik mit Anzeige
Drehzahlgenauigkeit (%)	± 1
Drehzahlregelung	elektronisch
Haltestab (Ø x L) (mm)	13 x 160
Ø Rührwelle min./max. (mm)	2,5 - 10,5
Zulässige Einschaltdauer	Dauerbetrieb
Zulässige Umgebungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 - 31 °C bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, ohne Betauung ▪ 32 - 40 °C linear abnehmend bis maximal 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ▪ bis 0 - 2.000 Meter Höhe über Meeresspiegel

Modell Hei-TORQUE

	Value	Precision
Schnittstellen	Nein	USB und RS 232
Zeitschaltuhr	Nein	Ja
Bedienfeld	TFT-Display, monochrom, 2,4"	TFT-Display, farbig, 3,2"
Drehmomentanzeige	Symbol	Wert

Modell Hei-TORQUE

	Value 100 / 200	Precision 100 / 200	Value/Precision 400
Rechts- / Linkslauf	nein	ja	nein

Modell Hei-TORQUE

	Value/Precision 100	Value/Precision 200	Value/Precision 400
Leistungsaufnahme (W)	90	120	150
Volumen H ₂ O max. (L)	50	50	100
Viskosität bis (mPa s)	60.000	100.000	250.000
Max. Drehmoment (Ncm)	100	200	400
Anzahl Getriebestufen	1	1	2
Drehzahlbereiche (U/min)	10 - 2.000	10 - 2.000	Getriebe I 10 - 400
			Getriebe II 20 - 2.000
Abmessungen (mm)	B H T	86 350 247	86 350 247
			93 350 247
Gewicht (kg)	4,408	5,060	5,286




Empfohlene Drehzahlen


Rührwerkzeug	Maximale U/min
Blattrührer: BR 10, BR 11, BR 12,	≤ 2.000
Blattrührer: BR 13, BR 14	≤ 800
Halbmondührer: H 18	≤ 800
Propellerrührer: PR 39, PR 33	≤ 800
Propellerrührer: PR 30, PR 31, PR 32	≤ 2.000
Turbinenührer: TR 20, TR 21	≤ 2.000
Ankerrührer: AR 19	≤ 800
VISCO JET® Rührsystem: VISCO JET® 60-120, VISCO JET® CRACK 80-120	≤ 500

Leistungsbereich


Hei-TORQUE Value 100
Hei-TORQUE Precision 100



Hei-TORQUE Value 200
Hei-TORQUE Precision 200



Hei-TORQUE Value 400
Hei-TORQUE Precision 400





➤ Kontakt / Technischer Service

Fragen und Reparaturen

Haben Sie nach dem Lesen der Betriebsanleitung noch Fragen zu Installation, Betrieb oder Wartung, wenden Sie sich bitte an die im folgenden genannte Adresse.

Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte vorab telefonisch an Heidolph Instruments direkt oder an Ihren autorisierten Heidolph Fachhändler.



Warnung: Vergiftungsgefahr!

Kontaminierte Geräte können zu schweren Verletzungen oder zum Tod unserer Mitarbeiter führen!

Wenn Geräte zur Reparatur eingesandt werden, die mit gesundheitsschädlichen Arbeitsstoffen in Berührung gekommen sind, dokumentieren Sie unbedingt:

- die genaue Stoffangabe
- Schutzmaßnahmen zum sicheren Umgang für unser Annahme- und Wartungspersonal
- Kennzeichnung der Verpackung gemäß der Gefahrstoff-Verordnung

Am Ende dieser Betriebsanleitung befindet sich eine Unbedenklichkeitserklärung.

→ Bevor Sie ein Gerät zur Reparatur einsenden, füllen Sie eine Kopie dieser Unbedenklichkeitserklärung aus und senden Sie uns diese vorab zu.

Unsere Kontaktdaten Deutschland, Österreich, Schweiz



Bitte senden Sie Geräte ausschließlich nach vorheriger Rücksprache an diese Anschrift:

Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

Technischer Service
Walpersdorfer Str. 12
D-91126 Schwabach / Deutschland

Tel.: +49 - 9122 - 9920-74

Fax: +49 - 9122 - 9920-84

E-Mail: service@heidolph.de

Lokale Händler

Sie finden die Kontaktdaten Ihres lokalen Heidolph Händlers unter www.heidolph.de



➤ Garantieerklärung



Heidolph Instruments gewährt Ihnen auf die hier beschriebenen Produkte (ausgenommen Glas- und Verschleißteile) eine Garantie von drei Jahren, wenn Sie sich mit beiliegender Garantiekarte oder per Internet registrieren (www.heidolph.com). Die Garantie beginnt mit der Registrierung. Ohne Registrierung hat die Seriennummer des Gerätes Gültigkeit.

Diese Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler.

Wenn es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt, wird Ihnen im Rahmen der Garantie das Gerät kostenfrei repariert oder ersetzt.

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung sowie Transportschäden übernimmt Heidolph Instruments keine Garantie.

- Bitte informieren Sie Heidolph Instruments, wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten.







➤ Unbedenklichkeitserklärung

→ Unbedenklichkeitserklärung im Reparaturfall kopieren, ausfüllen und an Heidolph Instruments senden.

1. Angaben zum Gerät

Artikelnummer

Seriennummer

Einsende-Grund

2. Wurde das Gerät gereinigt, ggf. dekontaminiert/desinfiziert?

Ja

Nein

3. Befindet sich das Gerät in einem Zustand, der keine gesundheitlichen Risiken für das Reparaturpersonal darstellt?

Ja

Nein

Wenn nein, mit welchen Substanzen kam das Gerät in Berührung?

4. Rechtsverbindliche Erklärung

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und nicht korrekte Angaben entstehen, haftet.

Datum

Unterschrift

Firmenstempel

Bitte beachten

Der Absender hat die Ware ordnungsgemäß und dem Transport angemessen zu verpacken.

Angaben zum Einsender

Name, Vorname

Firma

Abteilung, Arbeitskreis

Straße

PLZ, Stadt

Land

Telefon

E-Mail



01-005-005-55-3a, 06.09.2017

© Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

This is a translation of the original operating manual. We reserve the right to make any technical modifications without prior notification. This documentation is not subject to revision; the latest version of this documentation can be found on our homepage. The copyright for all texts and images is held by Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Diese Dokumentation unterliegt keinem Änderungsdienst, neueste Stände dieser Dokumentation finden Sie auf unserer Homepage. Das Urheberrecht für Texte und Bilder liegt bei Heidolph Instruments GmbH & Co. KG.